2017 年 3 月 11 日改訂（第 5 版　新記載要領に基づく改訂）　　届出番号：13B1X10089000083
2015 年 6 月 29 日改訂（第 4 版）　　歯科材料　09　歯科用研削材料
2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版）　　一般医療機器　歯科用研磨器材　70907000

コットンブラシ

【形状・構造及び原理等】

［概要］

芯部：木製

ディスク部：コットン

［形状・構造等］

コットン使用レーズブラシ。

φ50mm　φ70mm　φ80mm

［原理］

歯科用レーズ研磨機に装着し、回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

歯科用レーズ研磨機に装着し、補綴物研磨に用いるブラシ。

【使用方法等】

1）レーズ研磨機の竹の子に本品を装着する。
2）本品が確実に固定されている事を確認し、試運転する。
3）振れ等が無ければ、補綴物を本品に軽く押し当て、研磨する。
＊1,400rpm 以下での使用厳守

【使用上の注意】

・ 本製品は歯科用レーズ研磨装置に取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
・ 術者は保護眼鏡を必ず着用すること。
・ 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。

【取り扱い上の注意】

・ 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

［使用前・使用後の点検］

使用前・使用後は破損、ヒビ、ディスク部及び竹の子の傷、大きな腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 ： 株式会社マイクロテック
〒111－0036 東京都台東区松が谷 1-8-9
Tel：03-5827-1380　Fax：03-5827-1381
製造業者 ： Rodent AG (Switzerland)