2017 年 3 月 11 日改訂（第 5 版　新記載要領に基づく改訂）　　届出番号:13B1X10089000376
2015 年 3 月 13 日改訂（第 4 版）
2009 年 12 月 9 日改訂（第 3 版）　　歯科材料　09　歯科用研削材料
2008 年 7 月 7 日改訂（第 2 版）　　一般医療機器　歯科用ゴム製研磨材　70903000

ブルービックポイント HP

【形状・構造及び原理等】

［概要］

柄部：ステンレススチール

作業部：シリコンゴム

［形状･構造等］

種類：ハンドピース用

下記外観写真の通り

ミディアム：（直径/高さ）φ10mm/24mm

使用回転数：5,000-7,000rpm

［原理］

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

レジンやベースプレート、アクリル、義歯研削等に使用する。

【操作方法又は使用方法】

１） 歯科用電気駆動装置に装着する。

２） 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

＊ 使用回転数は明記してある速度を厳守する事。

＊ 限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する事。

【使用上の注意】

１． 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。

２． ステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）する事がある。

３． 家庭用洗剤の使用注意

家庭用洗剤は金属を腐食させる事があるので注意する事。

４． 機能水の使用禁止

超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。

5. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビヨード、　ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがある。

6. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し、乾燥させてから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因になる事がある。

8. 取扱上の注意

器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

【保管方法及び使用期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111－0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380　Fax：03-5827-1381

製造業者：Rodent AG (Switzerland)