2017 年 3 月改訂（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）　　届出番号:13B1X10089000715
2015 年 3 月改訂（第 2 版）　　歯科材料　09　歯科用研削材料
2011 年 10 月作成（第 1 版）　　一般医療機器　歯科用ゴム製研磨材　70903000

サクラ　ブラック/ホワイト/ブルーポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

［概要］

ホワイトポリッシャー、ブルーポリッシャー
　　シリコンカーバイド粒子入りゴムシリコン製
ブラックポリッシャー
　　シリコンカーバイド粒子入りポリウレタン製

［形状･構造等］

種類：下記外観写真の通り

ホワイトポリッシャー(粗さ:コース)

シリンダー　ナイフエッジ　ホイール

ブラックポリッシャー(粗さ:ミディアム)

シリンダー　ナイフエッジ　ホイール

ブルーポリッシャー(粗さ:ミディアム)

シリンダー　ナイフエッジ　ホイール



使用回転数：7,000rpm～12,000rpm の範囲内厳守

［原理］

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

ホワイトポリッシャー：エナメル、アクリル、メタル、
　　セラミックの形成及び研削用
ブラックポリッシャー：ノンプレシャスメタル、プレシャス
　　メタルのスムージング用
ブルーポリッシャー：プレシャスメタル艶消仕上げ用

【使用方法】

1） 用途に応じて粗さや形、種類を選択する。
2） 本品をディスク用マンドレルに取付け、歯科用電気駆動装置に確実に装着する。
3） 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。
＊　使用回転数は明記してある速度を厳守する事。
＊　限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。

【使用上の注意】

1．使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
　吸塵器の併用を勧める。
2．取扱上の注意
　器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック
　　〒111－0036 東京都台東区松が谷 1-8-9
　　Tel：03-5827-1380　Fax：03-5827-1381

製造業者：EVE Ernst Vetter GmbH(Germany)

販売業者：吉野石膏販売株式会社
　　〒170-0002　東京都豊島区巣鴨 1 丁目 8 番 3 号
　　Tel:03-3944-6571　Fax:03-3944-6577