

2021年1月改訂（第3版）

2016年5月改訂（第2版 新記載要領に基づく改訂）

2014年6月作成（第1版）

届出番号:13B1X10089000927

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器

一般医療機器 歯科用カーバイドバー 16668000

## オコデント 技工用カーバイドカッター

い事。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具をいう。

金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いることもできる。

軸部：ステンレススチール

作業部：タングステンカーバイド、

#### 〔形状・構造等〕

外観写真



HFGE7160

#### 〔原理〕

本品を歯科用ハンドピースに装着し回転させて使用する。

### 【使用目的又は効果】

金属、プラスチック、陶材、歯牙、又は同種の材料を研削するために用いる切削器具。

### 【使用方法】

- 1) 必要に応じ滅菌する。  
(オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守)
- 2) 使用するバーを選択する。
- 3) 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
- 4) 本品が確実に固定されている事を確認し試運転する。
- 5) 確実に装着されている事を確認し、振れ等がなければ、本品を研削する部分に軽く押し当て研磨する。

\* 推奨回転数を超えて使用したり、圧力をかけ過ぎて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。

推奨回転数：15,000～20,000rpm

### 【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。  
吸塵器を併用する事。
2. ステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）する事がある。
3. 家庭用洗剤の使用注意  
家庭用洗剤は金属を腐食させる事がある。洗浄には、  
歯科用防錆洗浄剤を勧める。
4. 機能水の使用禁止  
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
5. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、  
塩化ベンゼトニウム、ポピヨード、ホルマリン・  
フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、  
金属腐食を起こす恐れがあるので注意すること。
6. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し乾燥させてから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因になる事がある。
7. 取扱上の注意  
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしな

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

販売業者：吉野石膏販売株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1丁目8番3号

Tel:03-3944-6571 Fax:03-3944-6577

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9

Tel:03-5827-1380 Fax:03-5827-1381

製造業者：okoDENT GmbH & CO KG (Germany)