2018 年 9 月 27 日改訂（第 2 版）　　届出番号：13B1X10089000989
2015 年 7 月 9 日作成（第 1 版　新記載要領に基づく作成）
機械器具　66　歯科用練成器
一般医療機器　歯科用練成器具　70682000

再使用禁止

IS ミキシングチップ

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
［概要］歯科用印象材料を練和するプラスチック製器具。
注入機能を有する。
本体：プラスチック製
［形状･構造等］
種類：ＳＳＳ（ブルー）
Φ3.2ｍｍ×77ｍｍ
ＳＳ（イエロー）
Φ4.2ｍｍ×70ｍｍ
Ｓ（ピンク）
Φ5.4ｍｍ×82ｍｍ
Ｌ（グリーン）
Φ6.5ｍｍ×88ｍｍ

外観写真

SSS　SS　S　L

［原理］
印象材のベースとキャタリストが本製品内を
通過する事で練和され、先端より注入する。

【使用目的又は効果】
歯科用印象材料の練和、注入に用いる。

【使用方法等】
１）カートリッジタイプ印象材の注出口にチップを
装着する。
２）印象材等を注出する。
*未滅菌・単回使用
*使用後は、各地方自治体の定める法に則り処分すること。

【使用上の注意事項】
１．本製品をカートリッジタイプ印象材に装着する際は
確実に取り付ける事。
２.チップが破折したり､ひび割れを起こす恐れがあるので、
使用する印象材の推奨チップ径と同等のサイズのチップ
を選択する。
３．使用前・使用後には必ず破損、ヒビ、大きな腐食、
突起物等がないか確認する事。

【取り扱い上の注意】
・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いは
しない事。

【保管方法及び有効期間等】
常温保管

【保守・点検に係る事項】
［使用前・使用後の点検］
使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、
大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は
使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
販売業者：ケーオーデンタル株式会社
〒167-8551 東京都杉並区松庵 1 丁目 18 番 13 号
Tel:03-3333-8141

製造販売業者：株式会社マイクロテック
〒111－0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号
Tel：03-5827-1380　Fax：03-5827-1381

製造業者： Sulzer Mixpac AG(Switzerland)