マルミシリコンポイント

【形状・構造及び原理等】

[概要] ラバー基材で結合された歯科用研磨材。

作業部材質— 結合材:ラバー、砥粒:炭化ケイ素

シャンク部材質—ステンレススチール

【形状・構造等】

種類: 茶色(中仕上用)6種

13HP 13CA 13S HP 13S CA

28HP 28CA

緑(仕上用)4種

13HP 13S HP 28HP 28CA

【原理】

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9

Tel:03-5827-1380 Fax:03-5827-1381

製造業者:

Toboom Shanghai Precise Abrasive Tool Co., Ltd (China)

販売業者

株式会社 マルミ歯科商店

高知市南はりまや町2丁目16番3号

【使用目的又は効果】

歯科用充填材料、補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法】

- 1) 歯科用電気駆動装置にシャンクを確実に挿入する。
- 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、補綴物等を研削する。

【使用上の注意】

1. 許容回転数を厳守する事。
限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意すること。
【許容回転数】
20,000rpm
2. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
また、吸塵器を併用する事。
3. 機能水の使用禁止
超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
4. 口腔内使用の際は、オートクレーブにより滅菌する。
(121℃/20分以内 乾燥工程は避ける)

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。