2021年5月27日（第2版）

添付文書

機械器具　80　はり又はきゅう用器具　　製造販売届出番号：17B3X10007000005
一般医療機器　非能動型接触鍼　　JMDN コード：70613001

つぶつぶセラピー　生理痛腹巻ショーツ

【禁忌・禁止】
1．異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は、ご使用にならないでください。
（1）ガラスビーズ部分 接触部位に傷がある方。（2）皮膚の弱い方、皮膚疾患のある方。
2．ショーツ以外には、使用しないでください。
3．誤使用を防ぐため、小児（1 2歳以下）には使用しないでください。
4．万が一ガラスビーズ球が破損した場合は、速やかに破損した球を取り除いてください。取り除いた後、再び使用しても構いません。
5．本製品は普通のショーツではありません。強い衝撃を与えますとガラスビーズが破損する恐れがあります。
スポーツ時、過度の運動時には使用しないでください。
6．次のことを必ず守って正しくお使いください。
（1）本製品を加工・改造しないでください。（2）腹部の鎮痛緩和以外の目的に使用しないでください。
7．使用中・使用後に気分が優れない等、異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。

【形状・構造及び原理等】
1．形状・構造
腹巻ショーツの肌面側の伸縮性生地に格子状にガラスビーズ帯を設けた腹巻ショーツ
2. 構成
伸縮性生地：ポリウレタン　ナイロン　綿
ビーズ部分：ガラス
3．原理
ガラスビーズにより末梢神経を刺激することで、腹部の疼痛緩和や他の治療効果（血行を良くし筋肉のコリをほぐす）の促進を行います。

【使用目的又は効果】
外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果（血行を良くし、筋肉のコリをほぐす）を促進するため皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって末梢神経を刺激する。

【使用方法】
1．通常のショーツを装着するように、装着します。
2．ガラスビーズ帯が、腹部の中心に収まるように調整し装着します。
3．通常のショーツを脱ぐように、ゆっくりと脱ぎます。

「つぶつぶセラピー　生理痛腹巻ショーツ 」の装着状態を写真で示します。
（ガラスビーズ帯が見えるように裏返した肌面側の写真）

＜装着時のポイント＞
写真ではガラスビーズが見えますが、実際の装着時は、ガラスビーズ帯を肌に接して使用してください。
ガラスビーズ帯は、皺や折り目が付かないように装着してください。

【使用上の注意】

●患部の皮膚は清潔にして使用してください。
●ガラスビーズが摩擦により剥離することがありますが、そのまま使用しても構いません。
●かゆみが生じやすい方は、長時間連続して使用しないでください。
●かゆみが生じた場合は速やかに使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、かぶれに発展する恐れがあります。
かゆみが治まれば、再び使用しても構いません。
●廃棄は自治体の指示に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

●直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、保管してください。
●乳幼児の手の届かない所に、保管してください。思わぬ事故のもととなります。
●火気に近づけないでください。

【保守・点検に係る事項】

●家庭用洗濯機（ネット使用）で洗えます。陰干しをお勧めします。タンブラー乾燥は、お避けください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 万喜　　石川県かほく市松浜イ３１－１
製造業者：　株式会社 万喜　　石川県かほく市松浜イ３１－１
電話番号：　０７６－２８５－０２５８（平日１０：００～１７：００）

【返品について】

◇ご購入後８日以内に下記お問い合わせ窓口へ、まずは御連絡を御願い致します。その際、未使用・未開封の商品に限定させて頂きます。
また、お手数では御座いますが御連絡頂く際は以下項目をお知らせ下さいますよう御願い申し上げます。後ほど弊社担当者より御連絡させて頂きます。

株式会社万喜お問い合わせ窓口：office@manki.jp

お知らせ頂きたい項目：① お客様名(ふりがな)　② 電話番号（固定電話番号/携帯番号）　③ メールアドレス　④ ご住所　⑤ 対象商品名
⑥ ご購入頂いた店舗名　⑦ ご購入日　⑧ お問い合わせ内容/返品理由

◇返品送料につきましては、不良品や品違いの場合は当社負担とさせて頂きます。お客様の都合による場合はお客様負担とさせて頂きますので
予めご了承下さい。