

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)


背板ショート

【警告】
＜使用方法＞
 患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]


【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません。]

**【形状・構造及び原理等】



1. 外観図





商品コード	商品名	構成	質量
08-007-21	背板ショート 本体	①②③④⑤	6.0kg
08-083-43	固定式・デジタル兼用ベーク板 背板ショート用	①②	1.4kg



商品コード	商品名	構成	質量
08-075-60	MOT-5700用背板ショートタイプ カセット固定式	①②③④ ⑤⑥⑦	7.5kg





背板ショートタイプの取り付け

2. 使用可能な手術台
弊社製手術台

商品コード	商品名	構成	質量
08-083-23	デジタルカセット格納枠 背板ショート用	②⑥⑧	1.4kg
08-083-03	固定式カセット格納枠 背板ショート用	②⑥⑦	1.4kg
08-083-64	ミズホオリジナルマットレス 252mmタイプ	②⑨	0.5kg
18-042-80	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 背板ショート	②⑨	0.6kg

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1-1 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
- 1-2 衛生のため、患者が触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- 1-3 背板ショートタイプが手術台本体に完全に差し込まれていることを必ず確認してください。
- 1-4 手術台を作動するときには他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

2. 相互作用

【併用注意】

カセット固定式を取り付けて使用するときには他のテーブルトップ（腰板等）にカセット格納枠を取り付けた状態で使用してください。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保管をした場合：7年

【自己認証（弊社データ）による】

※耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

**【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本機が故障したと思われるときは、本機に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

2. 質量

上表参照

3. 原材料

- ① ボード：熱硬化性樹脂
 - ② 面ファスナー：ナイロン
 - ③ サイドレール：ステンレス鋼
 - ④ フレーム：アルミニウム合金
 - ⑤ 差込レバー：ステンレス鋼
 - ⑥ カセット格納枠：熱硬化性樹脂
 - ⑦ カセットカラー：ステンレス鋼
 - ⑧ カセット支柱：ポリカーボネート
 - ⑨ マットレス：ウレタンフォーム
- 注：番号は1. 外観図の番号に対応


**【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。患者の背部を支持するための器具。

**【使用方法等】

1. 取り付け方

- 1-1 手術台の背板を水平にした状態で、頭部板及び背板を取り外します。



頭部板及び背板の取り外し

- 1-2 手術台の背板差込軸が水平位置にあることを確認して、背板ショートタイプをカチッと音が出るまで差し込んでください。取り付け後は背板ショートを押し引きして、確実に固定されている事を確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

保証期間に係る事項

本機は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。