MES-CG08-088-64

＊２０１７年１１月（第２版）（新記載要領に基づく改訂）
２０１４年 １ 月 １ 日（第１版）

製造販売届出番号：13B1X00306N10207

器０１　手術台及び治療台
一般医療機器　手術台アクセサリー　（70469000）

X線撮影用カセッテ格納枠５７０１用延長タイプ

＊
【禁忌・禁止】
1．他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2．【使用方法等】の項目４.に示す使用可能な手術台及び手術台アクセサリー以外では使用しないこと。[外形及びカセッテ孔の寸法が異なるため装着できません。]
3．カセッテ板をエタノール系の消毒液に長時間浸さないこと。[劣化の原因になります。]

＊【形状・構造及び原理等】

1．外観図



単位：㎜

商品コード	商品名
08-088-64	カセッテ格納枠 5701 用背板 85 ㎜延長タイプ
08-088-90	カセッテ格納枠用脚

2．重量
3.0kg（カセッテ格納枠用脚取付）

3．材質
① カセッテ板　　：熱硬化性樹脂積層板
② 取付用テープ　　：ベルクロファスナー
③ カセッテ格納枠用脚：炭素工具鋼鋼材
注：番号は１．外観図の番号に対応

＊【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリー。電動油圧手術台 MOT-5701 の背板に取り付けて、X線撮影用カセッテを格納。

＊【使用方法等】

1．組立て



カセッテ板にカセッテ格納枠用脚を取付けます。

2．手術台に取付



テーブル板(背板)のカセッテ差込孔に合わせて、まっすぐに差込みます。

3．カセッテ格納枠の取外し



カセッテ格納枠をまっすぐに持ち上げます。

4．使用可能な手術台

販売名：電動油圧手術台 ＭＯＴ－５７０１
製造販売届出番号：１３Ｂ１Ｘ００３０６Ｎ１０１４４

＊【使用上の注意】

1． 注意

① カセッテ格納枠に脚を取り付けるとき､ねじを無理に締め付けないでください｡カセッテ板にひびが入り破損するおそれがあります。



② 下記に示す取外しをしないでください｡カセッテ板が破損するおそれがあります。



＜図Ａ＞



＜図Ｂ＞

＊【保管方法及び有効期間等】

1． 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2． 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（注）［自己認証による］

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

＊【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1． 使用前・使用後の点検

使用前･使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2． 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3．故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから１年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。