MES-CG02-143-86

＊２０２２年 １ 月（第２版）
２０１４年 ７ 月（第１版）

製造販売届出番号：13B1X00306N10247

器０１　手術台及び治療台
一般医療機器　　手術台アクセサリー　　（70469000）

ウルトラ保護キット

再使用禁止

＊ **【禁忌・禁止】**
＜使用方法＞
１．他社製アクセサリーに取り付けて使用しないこと。［他社製アクセサリーでの使用可能は確認しておりません。］
２．再使用禁止。

＊【形状・構造及び原理等】

１．外観図



商品コード	商品名
02-143-86	ウルトラ保護キット（5348） ３個入

２．質量
① アーム固定ストラップ：50ｇ
② 前頭部ストラップ：13ｇ
③ ヘッドパッド：90ｇ
④ 顎部ストラップ：17ｇ
⑤ バックパッド：200ｇ
注：番号は１．外観図の番号に対応

３．原材料
① アーム固定ストラップ：ウレタン・ナイロン樹脂
② 前頭部ストラップ：ウレタン・ナイロン樹脂
③ ヘッドパッド：ウレタンフォーム
④ 顎部ストラップ：ウレタン・ナイロン樹脂
⑤ バックパッド：ウレタンフォーム
注：番号は１．外観図の番号に対応

＊【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリー。患者を支持するためにショルダーポジショナー等に取り付けて使用する。

＊【使用方法等】

１．取り付け方法



1-1. 手術台にショルダーポジショナー等を取り付けます。
1-2. ショルダーポジショナー等に①アーム固定ストラップ・②前頭部ストラップ・③ヘッドパッド・④顎部ストラップ及び⑤バックパッドを取り付けて患者を乗せます。

２．取り付け可能な手術台アクセサリー
2-1. 販売名：ウルトラショルダーポジショナー
製造販売届出番号：13B1X00306Y10015
2-2. 販売名：ウルトラショルダーポジショナーB
製造販売届出番号：13B1X00306Y10016
2-3. 販売名：ショルダーポジショナー
製造販売届出番号：13B1X00306N10149

＊【使用上の注意】

重要な基本的注意
① 手術台を作動するときは他のアクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
② 前頭部ストラップが患者の目に当たっていないことを確認してください。
③ 顎部ストラップが患者の喉を圧迫していないことを確認してください。
④ 体位を変える際は全てのストラップを確認し、必要に応じて固定状態を再調整してください。

＊【保管方法及び有効期間等】

保管方法
高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】
＜使用者による保守点検事項＞
使用前に「破損箇所がないこと」を確認して下さい。

MES-CG02-143-86

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ オーソペディック システムズ社
MIZUHO ORTHOPEDIC SYSTEMS, INC.
アメリカ合衆国

保証期間に係る事項

本品は納品してから１年間を保証期間として無償交換いたします。
但し天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は
除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。