

機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ 38749000

マイクロ吸引管


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

【福島式マイクロ吸引管】



【テーパ型吸引管銀先】



2. 原材料

【福島式マイクロ吸引管】

吸引管：黄銅（クロムめっき）

【テーパ型吸引管銀先】

吸引管：純銀

【使用目的又は効果】

手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節する器具をいう。本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

**【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 本品は滅菌品ではないので、使用前に必ず洗浄し、滅菌する。医療機関でバリデーションされた滅菌条件で滅菌すること。（【保守・点検に係る事項】参照）
- 2) 吸引チューブ接続口に、吸引用チューブ、吸引器を接続する。
- 3) 吸引器の吸引圧力を必要な強さに調節する。吸引調節部分にある吸引圧調節穴の塞ぎ具合で、吸引圧を調節することができる。
- 4) 片手で吸引管を持ち、吸引圧調節穴を指で塞ぎ、先端部分より血液等を吸引する。

2. 組み合わせて使用する医療機器

本品は「販売名：医療用チューブ 届出番号：27B1X00051000009」又は「販売名：BONIMED サクションチューブ 届出番号：27B1X00024000045」と併用し、吸引配管（又は電動式吸引器等）へ接続して使用できる。

3. 使用方法に関連する使用上の注意

吸引管内に異物が付着する等によりじゅうぶん機能しない場合、付属のマンドリンを用いて異物を除去すること。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。（【保守・点検に係る事項】参照）
- 2) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

**【保守・点検に係る事項】

1. 清掃方法

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄・消毒し、必要に応じて滅菌する。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。
- 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
- 4) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
- 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。
- 7) 「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2015」に記載されている高圧蒸気滅菌条件は以下のとおり。

滅菌温度	保持時間
121℃	15 分
126℃	10 分
134℃	3 分

- 8) 「プリオン病感染予防ガイドライン 2020」に記載されている洗浄・滅菌条件は以下のとおり。
洗浄においては、アルカリ洗浄剤を用いて 90-93℃の高温で行う。ウォッシャーディスインフェクターの使用が望ましい。工程を 2 回繰り返すことも推奨される。
滅菌においては、134℃/8-10 分の真空脱気プレバキューム高圧蒸気滅菌を行う。滅菌時間は 18 分に延長することも推奨される。

2. 点検

滅菌前、使用前に汚れ・破損等を点検する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL 0725-53-5546



製造業者：茂田医療器械製作所