2016 年 07 月 14 日（第 1 版）

添付連番：0567
届出番号：27B1X00024000339

機械器具　51　医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ　16779000

MMI ウェーブチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.　形状

本品は接続用チューブで、排液等の吸引に使用する。90 cm間隔で膨らみ（バブル）があり、チューブの切断箇所によって必要なチューブ内径を得ることができる。本品は未滅菌である（EOG 滅菌対応）。

	チューブサイズ		
	内径（mm）	外径（mm）	全長（m）
1	5.0～9.5	7.3～13	30
2	6.5～10.5	9.8～14	

図 1）バブルの中央でチューブを切断するとファネル型になる。



図 2）バブルの隣接部でチューブを切断するとテーパ型になる。



2.　原材料

ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））

3.　原理

吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続することによって排液等を吸引する。

【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器との接続に用いるプラスチック製のチューブをいう。

【使用方法等】

1.　使用方法

1）　接続先の径を確認し、適切なチューブを選択する。
2）　必要な箇所でチューブをカットし、吸引器、回収容器、吸引嘴管等の接続口に接続する。

2.　使用方法に関連する使用上の注意

使用中は適宜接続状態等を確認し、適切な処置を行うこと［接続部の漏れ、ゆるみ、外れ、つまりのおそれがあるため］。

3.　組み合わせて使用する医療機器

本品は、「販売名：MMI 低圧持続吸引器、認証番号：225ADBZX00123000」、「販売名：MMI コネクター、届出番号：27B1X00024000335」と併用できる。

【使用上の注意】

1.　重要な基本的注意

1）　本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと［接合部が外れるおそれがあるため］。
2）　本品をアセトン、ベンゼン等の有機溶剤と接触させないこと［強度が低下し、亀裂が生じるおそれがあるため］。
3）　本品を高圧蒸気滅菌しないこと。

2.　その他の注意

1）　本品を吸引器、回収容器又は吸引嘴管等に接続する際は、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。
2）　使用前に本品に破損等の異常がないか確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

有効期間（耐用期間）
製造年月より 3 年［自己認証（当社データ）による］。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社
TEL　0725-53-5546
http://www.muranaka.co.jp/

製造業者：パシフィック　ホスピタル　サプライ社　台湾
Pacific Hospital Supply Co., Ltd.