

機械器具 35 医療用はさみ  
一般医療機器 眼科用せん刀 35327001  
(機械器具 35 医療用はさみ 一般医療機器 はさみ 35325001)

## BONIMED 眼科剪刀

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

代表的写真



#### 2. 原材料

ステンレス鋼

#### 3. 原理

回転軸のある2枚の内向きの刃からなり、2枚の刃を閉じることによって対象物を切断できる。

### 【使用目的又は効果】

通常、眼科手術時に組織を切断するために用いる器具をいう。その他の部位の組織、布、縫合糸等の切断に用いる場合がある。回転軸のある2枚の刃を閉じることによって操作する。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用方法

- 使用前に、必ず洗浄・滅菌を行う。医療機関でバリデーションされた滅菌条件で滅菌すること。（【保守・点検に係る事項】参照）
- ハンドルを親指と中指等を用いて握ると刃が閉じ、対象物を切断できる。

#### 2. 使用方法等に関連する使用上の注意

本品を初めて使用する際は、器具を保護する保守油が塗布されているため、適切な油除去を行ってから滅菌処理を行うこと【油が付着したまま高压蒸気滅菌を行うと、器具が変色するおそれがある】。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- 器具同士が接触して先端部を損傷することがないよう注意すること。
- 刃に対して大きすぎたり硬すぎたりする対象物を切断しようとしてしないこと。
- 本品がハイリスク手技に使用された場合には、ブリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。（【保守・点検に係る事項】参照）
- 本品がブリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

【保守・点検に係る事項】に記載された点検等において本品に異常が認められたとき、又は疑われるときは使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 清掃方法

- 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄・消毒し、必要に応じて滅菌する。
- 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱い方法を守る。
- 超音波洗浄装置・ウォッシュャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、可動部分は開放し、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。その際、刃に異物（硬い物）があたらないよう注意する。
- 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面が損傷するため使用を避ける。
- 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 洗浄、消毒、滅菌後は、腐食防止のために直ちに乾燥させる。
- 手術器具用潤滑剤の塗布を推奨する【可動部の防錆のため】。
- 「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2021」に記載されている高压蒸気滅菌条件は以下のとおり。

滅菌温度	保持時間
121°C	15 分
126°C	10 分
134°C	3 分

- 「ブリオン病感染予防ガイドライン 2020」に記載されている洗浄・滅菌条件は以下のとおり。洗浄においては、アルカリ洗浄剤を用いて 90-93°C の高温で行う。ウォッシュャーディスインフェクターの使用が望ましい。工程を 2 回繰り返すことも推奨される。滅菌においては、134°C/8-10 分の真空脱気プレバキューム高压蒸気滅菌を行う。滅菌時間は 18 分に延長することも推奨される。

#### 2. 点検

滅菌前、使用前に汚れ・破損・変形・刃こぼれ・ネジの緩み・可動部の動き等を点検する。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器 株式会社  
TEL：0725-53-5546



製造業者：アイエイエイ社 パキスタン  
IAA SURGICAL INSTRUMENTS COMPANY