

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 剥離子 70952000**BONIMED 熊手型剥離子****【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

代表的写真



2. 原材料

ステンレス鋼

3. 原理

柄を操作して先端部を組織等にあて剥離する。

【使用目的又は効果】

一般外科手術で組織の剥離に用いる器具をいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 使用前に必ず洗浄・滅菌を行う。医療機関でバリデーションされた滅菌条件で滅菌すること。〔【保守・点検に係る事項】参照〕
- 柄を操作して先端部で剥離を行う。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

器具を保護する保守油が塗布されている場合は、適切な油除去を行ってから滅菌処理を行うこと〔油が付着したまま高圧蒸気滅菌を行うと、器具が変色する可能性がある〕。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品を曲げて使用しないこと〔本品の破損により患者が負傷するおそれがある〕。
- 本品を組織等に強く押し付けたりしないこと。〔組織等を損傷する危険性がある〕。
- 電気メス等を用いる際に本品と接触しないこと〔術者の感電・熱傷の危険又は器具表面を損傷する可能性がある〕。
- 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。〔【保守・点検に係る事項】参照〕
- 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保守・点検に係る事項】に記載された点検等において本品に異常が認められたとき又は疑われるときは使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃方法

- 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄、消毒し、必要に応じて滅菌する。
- 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。
- 超音波洗浄器・ウォッシャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。その際、先端に異物（硬物）があたらないように注意する。
- 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
- 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。
- 「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2021」に記載されている高圧蒸気滅菌条件は以下のとおり。

滅菌温度	保持時間
121℃	15分
126℃	10分
134℃	3分

- 「プリオン病感染予防ガイドライン 2020」に記載されている洗浄・滅菌条件は以下のとおり。
洗浄においては、アルカリ洗浄剤を用いて 90-93℃の高温で行う。ウォッシャーディスインフェクターの使用が望ましい。工程を 2 回繰り返すことも推奨される。
滅菌においては、134℃/8-10 分の真空脱気プレバキューム高圧蒸気滅菌を行う。滅菌時間は 18 分に延長することも推奨される。

2. 点検

滅菌前、使用前に汚れ・破損・変形等を点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】製造販売業者：村中医療器 株式会社
TEL 0725-53-5546

製造業者：株式会社シャルマン