


機械器具 37 医療用匙
一般医療機器 スプーン型鋭ひ及び鈍ひ 41716001**BONIMED スプーン型鋭ひ及び鈍ひ****【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

代表的写真



2. 原材料

チタン合金、ステンレス鋼

3. 原理

スプーン型先端部の刃で組織を掻き取る。

【使用目的又は効果】

遠位端がスプーン型（皿型）でハンドルの付いた器具をいう。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

- 1) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行う。医療機関でバリデーションされた滅菌条件で滅菌すること。【【保守・点検に係る事項】参照】
- 2) 柄を操作して先端部で組織を切除する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄・滅菌を実施すること。【【保守・点検に係る事項】参照】
- 2) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。
- 3) 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。

【保管方法及び有効期間等】

【保守・点検に係る事項】に記載された点検等において本品に異常が認められたとき又は疑われるときは使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃方法

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄・消毒し、必要に応じて滅菌する。

- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。
- 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
- 4) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するため使用を避ける。
- 5) 仕上げすすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。
- 7) 「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2026」に記載されている蒸気滅菌の温度と時間の最低条件の組み合わせ例は下表のとおり。

滅菌温度	保持時間
121℃	15 分
126℃	10 分
132℃	4 分
134℃	3 分

- 8) 「プリオン病感染予防ガイドライン 2020」に記載されている洗浄・滅菌条件は以下のとおり。
洗浄においては、アルカリ洗浄剤を用いて 90-93℃の高温で行う。ウォッシャーディスインフェクターの使用が望ましい。工程を 2 回繰り返すことも推奨される。
滅菌においては、134℃/8-10 分の真空脱気プレバキューム高圧蒸気滅菌を行う。滅菌時間は 18 分に延長することも推奨される。

2. 点検

滅菌前、使用前に汚れ・変形・破損等を点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】製造販売業者：村中医療器 株式会社
TEL：0725-53-5546