歯 07 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDNコード:16189000

ブロックアウトワックス

【禁忌・禁止】

- 歯科用以外の用途には使用しないこと。
- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴の ある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状·構造



2. 成分

パラフィンワックス、その他

【使用目的又は効果】

1、使用目的

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製用の キャスティングワックス。

2 効果

アンダーカット部のブロックアウトに使用するワックス。

カラー:ハニー 質量:70g

【使用方法等】

使用目的に合わせ、適量を取り軟化させ、使用する。

【使用上の注意】

1. 本材は〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以 外には使用しないこと。

届出番号: 23B2X10023000173

- 本材は、許可を持った歯科医療従業員のみに限られ、 歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
- 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1. 高温となる場所(暖房器具の近く、直射日光のあたる 場所など)に放置しないこと。
- 2. 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 3. 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
- 4. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075 FAX: 052-353-6610

製造業者:キーストンインダストリーズ社

KEYSTONE Industries アメリカ合衆国