

特定保守管理医療機器 Aシリーズ マイクロスコープ 可搬型

【警告】


平らな場所に設置をし、本体に純正のアクセサリ以外を取り付けたり、物をぶら下げたりしないで下さい。
[不安定になると転倒の恐れがあります]

【禁忌・禁止】

1. 歯科治療以外には使用しないこと
2. 機器の形状変更や、改造を行わないこと。
3. 機器を落下させたり、破損が生じるようなことがあった場合、自分で修理をしてはならない。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



- ① アイピース
 - ② 倍率切り替えノブ
 - ③ 操縦ハンドル
 - ④ ファインフォーカスデバイス
 - ⑤ フロアスタンド
- (各部名称の詳細は取扱説明書を参照)

ライトには以下の2種類がある。

キセノンライト	キセノンライト使用。
LEDライト	LEDライト使用。

2. 作動原理

接眼レンズ、内部レンズ、対物レンズのそれぞれの凹凸レンズを通して、合計した倍率で拡大された像を、アイピースを通して見る事が可能となる。

【使用目的又は効果】

歯科治療、検査及び主として外科処置に用いる光学顕微鏡で、天井または壁面等の施設に固定されない機器。

電氣的定格：

定格電源電圧	AC100-120V
定格電源周波数	50/60Hz

拡大倍率：

対物レンズ	ターゲット倍率係数						
	0.33	0.5	0.8	1.0	1.25	2.0	3.0
200 mm	2.6	4.0	6.4	8.0	10.0	16.0	24.0
250 mm	2.1	3.2	5.1	6.4	8.0	12.8	19.2
300 mm	1.8	2.7	4.3	5.3	6.7	10.7	16.0

シリーズ	ターゲット倍率係数						
	0.33	0.5	0.8	1.0	1.25	2.0	3.0
A3		×		×		×	
A4		×	×		×	×	
A6	×	×	×		×	×	×

マルチフォーカルレンズ

	焦点距離	倍率
最低倍率	350	1.5
最高倍率	200	24.0

寸法： 取扱説明書を参照

【使用方法等】

取扱説明書に従い、主に次の順序で行う。

- (1) 本体の電源コードの接続を行う。
- (2) 対象物の上にマイクロスコープをセットする。
- (3) 両手でしっかりと双眼鏡を握り、目と目の距離を調節する。
- (4) ジョプトリー調整ノブで視度を調整する。
- (5) アームを上下させ、焦点を合わせる。
- (6) 拡大比率調整ノブで、倍率を選択する。
- (7) 操縦ハンドルで位置を微調整する。
- (8) ファインフォーカスで焦点を微調整する。
- (9) 使用後は、アームをたたみ保管する。

【使用上の注意】

・ 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。不明

取扱説明書を必ずご参照下さい

- ・ な点がある時は、必ず製造販売元に問い合わせること。
- ・ 当マイクロスコープを使用する場所が、当消費電力を十分まかなえる容量を備えていることを確認すること。
- ・ 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時、機器の作動はすみやかに中止すること。
- ・ 最初の使用前に、パーフォーカル設定をすること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 特定保守管理医療機器であるため、取扱説明書に従い、必ず定期的にメンテナンスを行うこと。
- ・ ライトは種類によって使用期限が異なる。詳細は、取扱説明書や製造販売元に問い合わせること。
- ・ 耐用年数：8年

【取扱い上の注意】

- ・ 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱をしないこと。

【保守・点検に係わる事項】

- ・ レンズ、本体表面、光ファイバーケーブルは定期的に清掃して下さい。(詳細は取扱説明書を参照)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 名南歯科貿易株式会社

TEL： 052-799-4075

FAX： 052-353-6610

製造業者： グローバル社

Global Surgical Corporation

アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照下さい