2022年4月（第3版）
2018年8月（第2版）

届出番号：23B2X10023000327

器36　医療用ピンセット
一般医療機器　ピンセット　ＪＭＤＮコード：35079001

ピンセット

【禁忌・禁止】
1．免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2．使用目的に応じて使用すること。
3．患者ごとに滅菌して使用すること。
4．本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
1．形状



2．材質
ステンレス鋼、SUS420J1（DLCコーティング有）

3．サイズ
・127±1,5 mm
・180±1,5 mm

【使用目的又は効果】
保持する物体を閉じて挟む2枚の刃をもつ手術器具をいう。ハンドルは永久的に結合している。この器具のグループには、すべての手術用ピンセット、マイクロピンセット及び手術用ツイーザーが含まれる。

本品を手指によって操作する時、先端が適切に閉じること。

【使用方法等】
1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無、ジョイント部の動きなどに異常がないことを確認する。
3. ハンドル部を保持し、先端部を閉じることで対象物を保持する。

【使用上の注意】
1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。

【保管方法及び有効期間等】
・通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【保守・点検に係わる事項】
使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とした後、高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。
＜オートクレーブ＞
温度:134～137℃
4分以上,
乾燥10分以上

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：名南歯科貿易株式会社
ＴＥＬ：　052-799-4075
ＦＡＸ：　052-353-6610

製造業者：コーラー社
Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co.KG
ドイツ