2022年4月(第1版)

届出番号:23B2X10023000403

器 64　歯科用探針

一般医療機器　歯周ポケットプローブ　JMDNコード:31848000

コーラー　プローブ

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造等及び原理等】

1. 形状



2. 材質

ハンドル:ピーク材 / 先端:DIN3.7165チタン（ZRNコーティング有）

3. サイズ

160±2 mm

【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる歯科手用器具をいう。

【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無などがないことを確認する。
3. 細い先端部を使い、歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定する。

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

・通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とした後、高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。

＜オートクレーブ＞

温度:134～137℃

4分以上,

乾燥10分以上

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

ＴＥＬ：　052-799-4075

ＦＡＸ：　052-353-6610

製造業者：コーラー社

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co.KG

ドイツ