

機械器具 25 医療用鏡  
 一般医療機器 双眼ルーペ JMDN コード:32692000  
**エルゴヴィスタ**

**【禁忌・禁止】**

- 太陽や強力な光源を直視しないこと。(視力障害になる可能性があるため)

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状・構造

**(セット内容)**

- 本体
- LED ライト
- 充電スタンド
- 充電ケーブル
- バッテリー
- 充電アダプター

## 2. 原理

眼鏡レンズ部又は、眼鏡フレーム部に装着したルーペを通して作業野を拡大して観察する。

固定倍率	3倍、4倍、5倍、6倍
作業距離(WD)	460 mm、520 mm、560 mm
電源・電圧	AC-110V/240V、50/60Hz
色温度	6,000K
ライト照度	15,000~30,000 ルクス

**【使用目的又は効果】**

手術、検査、処置及び医療作業時に術者の小型望遠鏡として機能し、作業野拡大像を得ることができる。

**【使用方法等】**

- ストラップを頭の後ろで締めて固定する。
- 装着感を確認し、ズレがないようにフィットさせる。
- 高さ、瞳孔間を調整する。
- 補綴物などを利用し、焦点を合わせ、作業距離を確認する。

ライトを使用する場合は装着する前に以下を行う。

- バッテリーを充電する。
- LED ライトを本体へ取り付ける。
- 充電したバッテリーを LED ライトへ取り付ける。

※ライトは自動的に点灯する。

**【使用上の注意】**

- 取扱説明書を必ず参照すること。
- テレスコープ・ルーペは推奨ものを使用すること。
- ワイヤレス LED ライトは使用後しばらく熱を持つためライト部分に触れないこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。