

2024 年 5 月 5 日改訂 (第 7 版)
2023 年 3 月 25 日改訂 (第 6 版)
2023 年 3 月 23 日改訂 (第 5 版)
2022 年 8 月 14 日改訂 (第 4 版)
2022 年 8 月 11 日改訂 (第 3 版)
2022 年 8 月 3 日改訂 (第 2 版)
2006 年 10 月 12 日作成 (第 1 版)

製造販売届出番号：18B3X00060000001

機械器具 (71) 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 (JMDNコード:35065000)

既成老眼鏡

〔警告〕

レンズを通して太陽や強い光を直接見ないでください。

〔禁忌・禁止〕

・老眼鏡を掛けたまま歩いたり、車の運転をしないでください。

〔形状・構造及び原理等〕

プラスチックあるいは金属を加工した枠に眼鏡レンズ一組を組み合わせています。

プラスチックフレーム



メタルフレーム



※ レンズ度数範囲は +0.50 ~ +6.00

〔使用目的・効果〕

眼鏡レンズ 1 組と眼鏡フレームからなる視力補正用の器具です。
特に近くを見る際の視力を補正するために使用します。

〔使用方法又は操作方法等〕

手元の文字等を見る際に、自分に合った度数のレンズが入った眼鏡を顔に掛けてご使用ください。

〔使用上の注意〕

- ・必要以上に長時間着用しないようにしてください。
- ・運転や歩行時、階段の昇り降りの際には使用しないでください。
- ・使用中に頭痛やめまい、ゆがみ、または眼鏡があわないなど、異常を感じた時は直ちに使用をおやめください。

〔保管方法及び使用期限等〕

- ・直射日光が当たる場所や湿気が多いところは避けてケースに入れて保管してください。
- ・度数が合わなくなった場合は使用をお止めください。

〔取り扱い上の注意〕

- ・車内等高温になるところに放置しないでください。
- ・レンズの汚れを取る時はメガネ拭き等の柔らかい布で軽く拭きとって下さい。
- ・メガネを置く場合はレンズ面を必ず上向けに置いてください。

〔保守・点検に係る事項〕

- ・丁番がゆるんだときはドライバーにて締めて下さい。
- ・ゴミやホコリ等汚れが付着した時には水で軽く洗い流し柔らかい 布で優しく拭き取って下さい。
- ・歪んだ眼鏡枠やレンズが掛けた場合は危険ですので使用はお止めください。

〔製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等〕

製造販売元：有限会社 メイソウ

〒910-0018 福井県福井市田原 2-30-24

TEL: 0776-25-9705 / FAX: 0776-25-1510

製造業者：XIAMEN AIWEI OPTICAL

CHINA.