

** 2017年2月改訂（第4版）（新記載要領に基づく改訂）
* 2014年7月改訂（第3版）

届出番号：13B1X10015SC0002

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

バリアー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は不織布、補強材、フィルム材等からなる手術用ドレープで、開窓部や粘着部を有するものがある。
本品は単品の製品と、複数のドレープ類が入ったパック製品がある。
手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離することで、交差感染の防止、各種形態のエネルギーからの保護をする。

** 【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製及びフィルム製の用具をいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

本品を無菌的に取り出し、本品を適応する部位を消毒し十分に乾燥させたあと、本品を適切な位置に固定して展開する。

【使用上の注意】

包装の破損や製品の異常が認められる場合は使用しないこと。

** 【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
使用期限は包装に記載。（自己認証データによる。）

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：メンリッケヘルスケア株式会社
電話：03-6914-5006