**2025 年 05 月（第 7 版）
*2015 年 10 月（第 6 版）

承認番号：21900BZX00474000

歯科材料 4　　歯科用根管充填材料

* 管理医療機器　　歯科用根管充填ガッタパーチャポイント　　「JMDN」31872000

ガッタパーチャポイント　．０６

【禁忌・禁止】

本材に対し発疹､皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

［規　格］JIS T 6515（歯科用根管充填ポイント）に該当します。

［原材料］酸化亜鉛、ガッタパーチャ、硫酸バリウム、顔料

［種　類］0.06 テーパー、全長 28mm 以上で、サイズ別に #15～40 があります。又、サイズが容易に判別できるようポイントの末端部分に着色を施しています。各部の寸法は下表のとおりです。

（単位 mm）

表示番号	直径d_0	直径d_{16}	色
15	0.15	1.11	白
20	0.20	1.16	黄
25	0.25	1.21	赤
30	0.30	1.26	青
35	0.35	1.31	緑
40	0.40	1.36	黒

備考 1) d_0 は、先端の仮想直径を示す。
2) d_{16} は、先端から 16mm の直径を示す。
3) d_0 、d_{16} の許容差は±0.05mm。

【使用目的又は効果】

生活歯髄抜髄後の根管永久封鎖用

【使用方法等】

①生活歯髄抜髄後、根管拡大を行います。
②根管拡大終了後に、根管拡大の最後に用いた器具（リーマ、ファイル）と同サイズの本品 1 本を選び、根管内に挿入します。
③根管に挿入したポイントに対し、加温した市販のスプレッダーにて通法に従い根管を封鎖します。

**【使用上の注意】

［重要な基本的注意］

①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
②本材に対し発疹、皮膚炎の過敏症などの既往歴のある術者は手袋を着用し、素手で本材に触れないこと。又、本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。
③本材を消毒する際はアルコールで行うこと。
④本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］

①直射日光を避け、10～23℃の冷暗所で保管すること。
②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

［有効期間］

本材に記載の※有効期間までに使用して下さい。
［記載の有効期間は、自己承認（輸入先製造業者データ）による。］
※（例　⌛ 20XX-YY は有効期間 20XX 年 YY 月を示す。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社　茂久田商会
連　　絡　　先：https://www.mokuda.co.jp
製 造 業 者：ブィディダブリュ社／ドイツ
VDW GmbH／Germany