**2025年5月(第5版)

*2015年10月(第4版)

歯科材料 6 歯科用印象材料

* 一般医療機器

歯科複模型用寒天印象材 「JMDN」70890000

届出番号:28B1X00005000127

オール パーパス ノビロイド

【形状・構造及び原理等】

[性 状] 薄茶色のゲル状

[原材料] ゲル状寒天、濃グリセリン、チモール

「原 理]本品を約100℃に加熱することにより溶けてゾ ル状になり、約20℃の水浴中で冷却することに よりゲル状に戻ります。この性質を利用して複 模型作成のための印象材として使用出来ます。

【使用目的又は効果】

寒天を主成分とする印象材で、主として複模型の作成に 用いるものをいう。

【使用方法等】

- ①必要量の本品を容器に採り、撹拌しながら徐々に約 100℃に加熱しむらなく溶かした後、蒸発により失っ た水分を補給してから良く撹拌します。
- ②フラスコの中に石膏模型を収め、溶けた本品を注入し てフラスコを満たします。(注入するときの本品の温 度は約45℃以上であればよい。)
- ③フラスコの外側を約20℃の水浴中で冷却します。
- ④冷却により本品が溶融状態からゲル状に戻ったことを 確認してから、石膏模型を取り外し別の石膏を流し込 みます。これにより、同じ外形の石膏模型が複製され ます。

【使用上の注意】

- ①本品の使用の際は、火傷に注意すること。
- ②目に入らないように注意すること。 万一目に入った場 合は、大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けるこ と。

【保管方法及び有効期間等】

- ①本品は、室温にて保管すること。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理 すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者:株式会社 茂久田商会

連 络 先: https://www.mokuda.co.jp

製 造 業 者:シーエムピー社/アメリカ

CMP Industries LLC/USA