＊2017 年 9 月 （第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2008 年 10 月 （第 1 版）

届出番号　27B1X00109000165

機械器具 68　印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器　　歯科用咬合器　　10201000

ハノーモジュラー咬合器　１９０

【形状・構造及び原理等】

［形状・構造］

［原理］

あらかじめ記録した顎間関係にしたがって上顎及び下顎模型を本器に取り付け、下顎運動の一部又は全部をシミュレートする。

［付属品］

デュアルエンド インサイザルピン
ディスポーザブル マウンティングプレート

【使用目的又は効果】

あらかじめ記録した顎間関係にしたがって上顎及び下顎模型を本器に取り付け、下顎運動の一部又は全部をシミュレートするのに用いる。

【使用方法等】＊

詳細については、付属の取扱説明書を必ずお読みください。

［使用方法］

(1) 石こうが付着する可能性のある本器のすべての部分に薄くワセリンを塗る。
(2) キャストサポート等を利用して、上顎模型を石こう等でマウントする。スプリングボウ、フェイスボウを併用する場合は、取扱説明書を参照すること。
(3) 下顎模型を石こう等でマウントする。
(4) 矢状顆路傾斜角、側方顆路角、切歯路角を調整し、補綴物の製作を行う。

［組み合わせて使用する医療機器］

(1) 本器は、以下の医療機器と併用して使用できる。

販売名	届出番号
ハノースプリングボウ　１８２－８	27B1X00109000167
ハノーフェイスボウ	27B1X00109000168

【保管方法及び有効期間等】＊

［保管の条件］

(1) 模型を装着した後の一昼夜は携帯用ケースや段ボール箱又はロッカー等の中には入れないこと。［密閉された場所では、石こうから湿気が発散し、温度と湿度を上昇させ、アルカリ化した石こうが本器のアルミニウム部分を腐食し、変色させるため。］
(2) 石こうやカーボランダム等の屑の無い清潔で乾燥した場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

詳細については、付属の取扱説明書を必ずお読みください。

［保守］

(1) あらゆる作業部及びベアリング部分にハンドピース用オイル／ミシン油を薄く塗布し、ベアリング等の動きを妨げるようなほこり等が付着しないよう、余分な油は拭き取ること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：株式会社モリタ
電 話 番 号 ： 06-6380-2525
外国製造業者： ウィップミックス　Whip Mix Corporation
国　　名　　： アメリカ合衆国

［お問い合わせ先］

問 合 せ 窓 口 ： 株式会社モリタ　お客様相談センター
電 話 番 号 ： 0800-222-8020（無料）
Ｆａｘ 番 号 ： 0800-222-6480（無料）
Ｅ－ｍａｉｌ ： e-customer@morita.com

取扱説明書を必ずご参照ください。

602-03-1709