*2016 年 5 月（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2009 年 2 月（第 1 版）
届出番号：27B1X00109000181

歯科材料 9　歯科用研削材料
一般医療機器　歯科用ゴム製研磨材　70903000

ＥＤポイント

【形状・構造及び原理等】

［種類］

本品には、大きさの違いにより、標準サイズ及びスモール（S）サイズの 2 種類がある。また粒度の違いにより、それぞれコース（粗）、ミディアム（中）、ファイン（細）の 3 種類がある。

標準サイズ　　スモール（S）サイズ

［原理］

ゴム基材に含有されたコランダム砥粒により研磨する。

【使用目的又は効果】

床用レジン又は同種の材料の荒研磨、仕上げ研磨、つや出し研磨に用いる。

【使用方法等】

［使用方法］

(1)　歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

［使用方法等に関連する使用上の注意］

(1)　ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
(2)　指定（製品の被包に記載）の回転数以下で使用すること。
(3)　使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。
(4)　破折、曲がり等の原因となるため、2N を超える負荷を掛けないこと。

【使用上の注意】*

［重要な基本的注意］

(1)　局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。［呼吸による粉塵の吸入を防ぐ］
(2)　保護めがね等を使用すること。［目の損傷を防ぐ］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社モリタ

電 話 番 号 ： 06-6380-2525
外国製造業者： エデンタ　エタブリッセメント
Edenta Etablissement
国　　名　　： リヒテンシュタイン

［お問い合わせ先］

問 合 せ 窓 口 ： 株式会社モリタ　お客様相談センター
電 話 番 号 ： 0800-222-8020（無料）
Ｆａｘ 番 号 ： 0800-222-6480（無料）
Ｅ - ｍａｉｌ ： e-customer@morita.com