機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

マンドレール

【形状・構造及び原理等】

〔原理〕

保持部にオクルポル〔別売品(届出番号27B1X00109000188)〕
を取り付け、ネジで固定する。

【使用目的又は効果】

オクルポルを保持するのに使用する。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- (1) オクルポルを本品に取り付け固定する。
- (2) 歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

〔組み合わせて使用する医療機器〕

- (1) 本品は、オクルポル(届出番号：27B1X00109000188)と
組み合わせて使用する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、
確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定(取り付けるオクルポルの被包に記載)の回転数以下で
使用すること。
- (3) 使用前に、回転させて振れないことを確認すること。
- (4) 破折、曲がり等の原因となるため、2Nを超える負荷を掛
けないこと。

【使用上の注意】*

〔重要な基本的注意〕

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用
すること。〔呼吸による粉塵の吸入を防ぐ〕
- (2) 保護めがね等を使用すること。〔目の損傷を防ぐ〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：**株式会社モリタ**

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：エデンタ エタブリッセメント

Edenta Etablissement

国名：リヒテンシュタイン

〔お問い合わせ先〕

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020 (無料)

F a x 番 号：0800-222-6480 (無料)

E - m a i l：e-customer@morita.com