機械器具　58　整形用機械器具

一般医療機器　歯列矯正用ヘッドギア（31757000）

フェイスマスク

【禁忌・禁止】
1．他患者間での再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】
本品は以下の構成品がある。

フェイスマスク

種類		形状
M0771-00	ｼﾞｺﾞﾏﾃｨｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ	
M0772-01	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ ﾌﾞﾙｰ	
M0772-01R	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ ﾚｯﾄﾞ	
M0774-00	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ　S ﾍﾞｰｼﾞｭ	
M0774-00G	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ　S ｲｴﾛｰ	
M0774-00R	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ　S ﾚｯﾄﾞ	
M0774-00V	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ　S ｸﾞﾘｰﾝ	
M0776-00	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ　L ﾍﾞｰｼﾞｭ	
M0776-00G	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ　L ｲｴﾛｰ	
M0776-00R	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ　L ﾚｯﾄﾞ	
M0776-00V	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ　L ｸﾞﾘｰﾝ	
M0774-01	ﾊﾞｰﾃｨｶﾙ S ﾍﾞｰｼﾞｭ	
M0776-01	ﾊﾞｰﾃｨｶﾙ L ﾍﾞｰｼﾞｭ	
M0775-00	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾍﾞｰｼﾞｭ	
M0775-00G	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ｲｴﾛｰ	
M0775-00R	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾚｯﾄﾞ	
M0775-00V	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ｸﾞﾘｰﾝ	
M0777-00	ﾊﾟｯﾄﾞ　顎用	
M0778-00	ﾊﾟｯﾄﾞ　額用	
M0779-00	ﾊﾟｯﾄﾞ　頬用	

＜材質＞　ステンレス鋼、ＡＢＳ樹脂

【使用目的又は効果】
＜使用目的＞
本品は歯列矯正用器材と併用して、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加える器具である。

【使用方法等】
① 顎と頬の輪郭に沿った形のフェイスマスクを選択します。
② フェイスマスクのバーを調整し、顔の長さに合わせます。
③ 上部プラスチックホールドが眉毛の上に位置するように調整します。
④ バーを調整し歯牙と一直線上で、マウスラインのやや上のあたりにくるようにします。
⑤ マウス部のバーの平行を見ながらチンキャップを調整してください。

［使用方法に関する使用上の注意］
チンキャップの破損を防ぐため、チンキャップ部分を持った状態でワイヤー調節（曲げ伸ばし）しないこと。

【使用上の注意】
1）使用注意
① 患者間の再利用はしないこと。

2）重要な基本的注意
① 本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
② 本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し医師の診断を受けさせること。
③ 正常かつ安全に作動すること等を確認するため、保守点検を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
1）直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2）本品は 塩酸、硝酸等の無機酸類と一緒に保管しないこと。
※ 錆の原因となります。

【保守・点検に係る事項】
しばらく使用しなかった本品を再使用するときは、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　株式会社モリムラ
電話番号　03-5808-9350
製造業者　LEONE　S.p.A
（レオーネ　エス・ピー・エー社）
製造国　イタリア