

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子(70935000)

プロデスター

【形状・構造及び原理等】

1) 構造



2) 寸法

- ①開口先端部 : 30mm
- ②全長 : 180mm

【使用目的又は効果】

石膏の分割又は破壊に用いる。

【使用方法等】

ハンドルを持ち、ストッパーを外し、石膏を分割、又は破壊する。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ①過度圧力での使用は避けること。
- ②本品使用の際、手指等挟まないよう注意すること。
- ③本品を用いて石膏の破壊を行う際に、飛散した破片が目に入らないよう保護めがねを使用すること。万一目に入った場合は、直ちに眼科医の診断を受けること。
- ④本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

2) 重要な基本的注意

- ①本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。
- ②本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八齒材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : カールハマーハー
(Karl Hammacher GmbH)

製造先国名 : ドイツ