2025年4月（第6版）
2023年8月（第5版）

認証番号：221AFBZX00027A01

歯科材料03　義歯床材料

管理医療機器　義歯床用短期弾性裏装材　JMDN34769000

コンフォート　ティッシュコンディショナーⅢ

【警告】

・本材又はフタル酸エステル系可塑剤又はメタクリレート系ポリマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【禁忌・禁止】

・指定された用途以外には使用しないこと。
・他製品との混用禁止。

【形状、構造及び原理等】

本品は粉材及び液状の2種類の形状をもつ。
粉材と液材は下記成分より構成される。
粉材：ポリエチルメタクリレート、他
液材：フタル酸ジブチル、他

色調：ホワイト

包装（セット内容）
・粉材製品　120ｇ/箱
・液材製品　100ml/箱
・その他付属品
　スプーン、スポイト、練和カップ（盃）、練和棒

【使用目的又は効果】

義歯床の粘膜面に短期間装着する。

【使用方法等】

①前準備として患者の装着中の義歯を取り出し、この義歯の粘膜面をスタンプバーなどで削り、清掃乾燥しておく。
②通常は粉材2.2ｇに対して液材1.45ｇをポリエチレン製容器（又はガラス製容器）にとり、ポリエチレン製ヘラを使用して練和する。柔らか目での使用の場合は、粉材2.2ｇ対して液材1.8ｇを練和する。
③ペーストが水あめ状となったとき、前準備した義歯の粘膜面に平均の厚さになるように盛り上げる。
④練和開始から3分以内に患者の口腔内に挿入圧接し、約8分後に口腔外に取り出す。
⑤床辺縁などの余剰分を彫刻刀、メスなどで除去する。
⑥新しい義歯が調整されるまでの暫間、患者に装着しておく。

【使用上の注意】

1）警告
【警告】の項目に記載の通り。

2）禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載の通り。

3）使用注意
①採取した本材は血液、唾液などを十分洗浄後、必要に応じて消毒を行なうこと。
②本材が手指又は器具に付着した場合には、直ちにアルコールで拭い取ること。
③本材を義歯床から除去する際には、保護メガネ、マスク、手袋などを使用し、切削物の飛散又は付着に注意すること。
④本材は可燃性なので火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。またテーブル、床上などにこぼした場合には、すぐに乾いた布でよく拭い取ること。
⑤本材を使用する際には、適切な換気（1時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
⑥他の製品と混用しないこと。
⑦本材は使用目的以外には使用しないこと。
⑧本材は歯科医療有資格者以外、使用しないこと。

4）重要な基本的注意
①本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受ける又は受けさせること。
②本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症状のある術者は手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し専門医の診断を受ける又は受けさせること。
③本材は皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。皮膚に付着した場合はすぐにアルコールなどで拭った後、流水で洗浄すること。目に入った場合はすぐに眼科医の診断を受ける又は受けさせること。

【保管方法及び有効期限等】

〔保管方法〕
・本材は、開封前は冷暗所に保管すること。開封後は直射日光を避け、室温で保管すること。
・使用及び保管場所には消化設備を備えること。
・液材は可燃性なので火気の近くでの保管や、同じ場所で大量に保管しないこと。
・本材は歯科医療有資格者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕
株式会社　クエスト
〒773-0009　徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1
TEL：0885－38－9777　FAX：0885－38－9888

〔製造業者〕
株式会社　クエスト

【販売業者】

株式会社　コンフォート・アット
〒104―0052
東京都中央区月島2-14-12月島セントラルビル3F
TEL：03-5546-2263