

2020年11月（第2版）
2020年4月（第1版）

器具器械 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDN70935000

バーカッター

【警告】

- ・ 二次加工（改造）を行わないこと。

【禁忌・禁止】

- ・ 指定された用途以外には使用しないこと。
- ・ 化学薬品と一緒に収納・保管をしないこと。

【製造元業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009

徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1

TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者

株式会社 シオダ

株式会社 クエスト

【形状・構造及び原理等】

形状：下図



主成分：ステンレス鋼材、ビニール樹脂

包装：1本/袋

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、バーやワイヤーの切断に用いる。

【使用方法等】

ハンドルを手指でしっかり固定し、技工用バー又は金属線を切断する。

【使用上の注意】

1.) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2.) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3.) 使用注意

- ・ 使用目的以外の用途に使用しないこと。
- ・ 二次加工（改造等）を行わないこと。
- ・ 使用前に必ず、汚れ、曲がり、破損等の有無を確認し、使用目的上、支障がないこと確認した上で使用すること。
- ・ 不具合がある場合は、使用を中止すること。
- ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 保管は、化学薬品と一緒に収納・管理しないこと。
- ・ 水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・ 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。