＊＊2018 年 4 月 14 日改訂（第 2 版）
＊2016 年 4 月 20 日作成（第 1 版）　　届出番号：06B3X10002000019

器具器械５８　整形用器具器械
一般医療機器　手術用ドリルビット　JMDN:32390000

コレクトドリル

[禁忌・禁止]
1．本品は未滅菌ですので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2．製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3．本品の加工、改造等は絶対行わないこと。
4．錆の発生がみられるものは、使用しないこと。

[形状・構造及び原理等]

材質：SUS420J2 2 枚刃

径ー刃長	全長	
φ1.5/2.0-**8.0**	33.0	青
φ2.0/2.5-**8.0**	33.0	黄
φ2.5/3.0-**8.0**	33.0	赤
φ3.0/3.5-**8.0**	33.0	緑
φ1.5/2.0-**10.0**	33.0	青
φ2.0/2.5-**10.0**	33.0	黄
φ2.5/3.0-**10.0**	33.0	赤
φ3.0/3.5-**10.0**	33.0	緑

[品目仕様]
・各部が指定された寸法に加工されていることの確認
・本体及び収納ケースに損傷のない事の確認

[使用目的・効能又は効果]
動力式の外科用ハンドピースに取り付ける器具であり、適切な速度で回転させると、骨に本品の径と同じ寸法の孔が作製される。

[操作方法又は使用方法]
無注水低速回転（rpm100～200）で穿孔すると排出された骨片がスパイラル溝で巻き取れる。
[使用方法に関連する使用上の注意]
1、使用にあたり、指で直接触れず滅菌済みのゴム手袋を使用すること。
2、本品のハンドピースへの取り付けは、確実に奥まで押し込み、固定されていることを確認する。
3、本品は、使用前に外科用ハンドピースに装着し、患者の口腔外にて回転させ、注水，芯フレなど支障のないことを確認すること。
4、本品を取扱う際は、思わぬケガを避けるため先端の鋭利部に細心の注意を払うこと。
5、オートクレーブ可 121℃20 分

[使用上の注意]
[重要な基本的注意]
1、本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌すること。
2、使用前に必要な知識及び技術を修得した後、使用すること。
3、本品の形態変更、改造などしないこと。
4、本品は、使用目的以外に使用しないこと。
5、骨内で本品の回転を停止させたり、骨内で動かなくなるような事態を発生させないこと。
6、無注水で回転速度は、rpm100～200 以下を守る
（高速回転では引き込まれるおそれの為、速度注意）

[貯蔵・保管方法及び使用期間]
1、本品は、汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度の低い場所にて保管すること。
2、本品は、医科及び歯科の従事者以外が触れないように適切に管理すること。

[保守・点検に係わる事項]
1、本品の使用後は、出来るだけ早く血液、組織片などの異物を除去し、洗浄・消毒し、滅菌を行うこと。
2、消毒用薬液、洗浄剤の濃度・浸せき時間・温度など使用方法は、各メーカーの指示に従い正しく使用すること。
3、錆への影響が強い消毒用薬液は、使用しないこと。

[包装]
本品１本：１ケース　（アソート）

[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所]
製造販売業者：光研
〒994-0057 山形県天童市石鳥居２丁目 1-101
TEL　023-655-4522