

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 10861001

小児用腸鉗子


【警告】

1. 使用方法

- (1) 接触凝固を目的として、電気メス先を本品に直接接触させて使用することは絶対にしないこと。

【形状・構造及び原理等】*

1. 形状



商品名	商品コード	規格	全長 A(mm)	先端部の幅 B(mm)
小児用 腸鉗子	F-1966	直	195.0	3.0
	F-1967	曲	195.0	3.0

2. 原材料(接触部の組成)

ステンレス鋼

3. 動作原理*

本品の先端部に食道、十二指腸、小児の腸を挟み、把持、結合、圧迫又は支持する。

【使用目的又は効果】

食道、十二指腸、小児の腸を非外傷的に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) ストッパーをはずし、処置部を先端部で挟む。
(2) ストッパーをかけて、先端部を閉じた状態で固定する。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】1に示したように洗浄、滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるため、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
(2) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
(3) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
(4) 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、表面が破損するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 水洗いし、付着物を取り除く。
(2) 石鹸、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
(3) 蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
(4) 回転軸に、水性潤滑防錆剤を塗布する。
(5) 高圧蒸気滅菌、又はEOG滅菌にて滅菌する。
例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

TEL: 03-3811-1131

FAX: 03-3811-1727