＊＊2017 年 5 月（第 6 版）　　届出番号：13B1X00005000018
＊2016 年 7 月（第 5 版）（新記載要領に基づく改訂）

機械器具 68　印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器　歯科印象採得用トレー　JMDN ｺｰﾄﾞ 16350000

コー・アミトレーレギュラー

【禁忌・禁止】
本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるので、本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】
（形状）



（種類）**

上顎用			下顎用		
ﾄﾚｰ No	A	B	ﾄﾚｰ No	A	B
#1	76mm	64mm	#20	76mm	60mm
#4	73mm	60mm	#21	76mm	57mm
#7	70mm	51mm	#22	75mm	54mm

※表中の値は標準値（許容範囲：±5mm）

（原材料）
黄銅合金（70/30 黄銅）

【使用目的又は効果】
印象採得時に印象材を盛り、保持し、圧接するために使用する。

【使用方法等】
①患者の口腔サイズに合ったトレーを選択する。
②印象材をトレーに盛り付けて口腔内に装着する。
③印象材の硬化終了後、トレーを口腔内から取り出し、歯科用石こうを用いて、印象から模型を作製する。

【使用上の注意】＊
1．使用注意
①材質の異なる金属製器具と一緒に洗剤に長時間浸漬すると、化学的反応によりメッキが傷むことがある。
②乾熱滅菌は行わないこと。
③化学薬品や殺菌剤（例：酸性水や次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤等）は種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。
④患者の口腔サイズに合ったトレーがない場合等で変形させる場合は、指で行うこと。ペンチ等の使用によりメッキが剥がれることがある。
⑤すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変のので注意すること。
⑥金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面に傷をつけるので、洗浄時に使用しないこと。
⑦消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。＊

2．重要な基本的注意
本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】
（保管方法）
本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】
①トレーを洗浄するときはトレーから印象材を取り除き、トレークリーナー（デントクラフトトレークリーナー、コートレークリーナーを推奨）を温水で溶かした溶液に 15～30 分浸漬する。
②トレーに残った印象材は軟毛のブラシを用いてきれいに取り除く。
③トレーを洗浄後、トレークリーナーや洗浄剤が残らないよう、流水下で丁寧にすすぎを行う。
④トレーを乾燥させ、滅菌バックに入れる。
⑤滅菌は、121℃で 20～30 分又は 132℃で 5～20 分の高圧蒸気滅菌を行う。乾燥工程は行わないこと。
⑥保管するときは、十分に乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号：03-3845-2931
ＦＡＸ番号：03-3841-8204

製　造　元：ジーシーアメリカ社
GC America Inc.　（国名：アメリカ）