

機械器具 64 歯科用探針  
一般医療機器 歯科用探針 JMDN:35812000

## カーエキスプローラー

### 【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

1. 型番  
DG-16 エキスプローラー  
カーエキスプローラー

2. 原材料  
ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

歯科診療で触診等に用いる。

### 【使用方法等】

歯の咬合面や歯周の深さを探る。

### 【使用上の注意】\*\*

1. 使用注意
  - ①先端が鋭利になっているものがあるので、誤って手等を刺さないように注意すること。
  - ②使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
  - ③使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。\*\*
  - ④次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭用洗剤は、金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。
  - ⑤洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
  - ⑥薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。特に長時間の浸漬は避けること。\*\*
  - ⑦消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。\*\*
  - ⑧すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変色することがあるので注意すること。
  - ⑨破損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
  - ⑩長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】\*\*

（保管方法）

- ①「もらい錆」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。
- ②本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】\*\*

- ①汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ②超音波洗浄器で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ちやすいようにバスケットなどに収納すること。
- ③洗浄剤が残留しないように十分すすぎを行うこと。
- ④洗浄後は、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。  
\*\*
- ⑤使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、破損等の異常がないことを点検すること。
- ⑥点検後、高圧蒸気滅菌をすること。滅菌のための滅菌バッグ詰め等にあたっては、確実に滅菌できるように配慮すること。
- ⑦金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面に傷をつけるので、汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 **オーモ**  
住 所：〒110-8507  
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先  
器材部  
電話番号：03-3845-2931  
FAX番号：03-3841-8204

製 造 元：オームコーポレーション社 \*  
Ormco Corporation  
（国名：アメリカ合衆国）