＊＊2022年 7月（第4版）
＊2019年 3月（第3版）

届出番号 13B1X00005000125

機械器具68　印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器　歯科印象採得用トレー　JMDNｺｰﾄﾞ 16350000

ボーダーロックトレー

【禁忌・禁止】
本品の原材料に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
1．形状





（型番）

上顎用　単位mm

ﾄﾚｰNo.	長さ	幅	柄
U31	62	52	32
U32	66	55	32
U33	69	59	32
U34	71	61	32
U35	80	65	32

下顎用　単位mm

ﾄﾚｰNo.	長さ	幅	柄
L21	49	59	32
L22	52	62	32
L23	55	66	32
L24	57	70	32
L25	59	71	32

2．原材料
ＰＰＳ樹脂成型品、ポリアリルアミド ＊

3．付属品
専用キャリパー、測定用プレート

【使用目的又は効果】
無歯顎の印象採得のために使用する。

【使用方法等】
①患者の口腔サイズを専用キャリパーと測定用プレートを使用して測定する。
②患者の口腔サイズに合ったトレーを選択する。
③印象材をトレーに盛り付けて口腔内に装着する。
④印象材の硬化終了後、トレーを口腔内から取り出し、歯科用石こうを用いて印象から模型を作製する。

【使用上の注意】
1．使用注意
①乾熱滅菌は行わないこと。
②化学薬品や殺菌剤（例：酸性水や次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤等）によっては、トレーの表面を変化させたり腐食したりするので注意すること。
③すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変色することがあるので注意すること。
④金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面に傷をつけるので、汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
⑤消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。

2．重要な基本的注意
本品の使用によりアレルギー反応等の異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】
（保管方法）
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】
①トレーを洗浄するときはトレーから印象材を取り除き、トレークリーナー（デントクラフトトレークリーナー、コートレークリーナーを推奨）を温水で溶かした溶液に15～30分浸漬する。
②トレーに残った印象材は軟毛のブラシを用いてきれいに取り除く。
③トレーを洗浄後、トレークリーナーや洗浄剤が残らないよう、流水下で丁寧にすすぎを行う。
④トレーを乾燥させ、滅菌バックに入れる。
⑤滅菌は132℃で5～20分の高圧蒸気滅菌を行う。乾燥工程は行わないこと。
⑥保管するときは、十分に乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電話番号：03-3845-2931
ＦＡＸ番号：03-3841-8204

製造元：クラン社
Clan Dental B.V.（国名：オランダ）＊＊