

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDN コード 16350000

シュライネーマーカー・トレー無菌顎用

【禁忌・禁止】

本品の使用により金属アレルギーが表れる可能性がある
ので、金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

型番：#21, #22, #23, #24, #25, #26
#31, #32, #33, #34, #35
原材料：亜鉛合金に黄銅メッキ
付属品：専用キャリパー、測定用プレート

【使用目的又は効果】

無菌顎の印象採得のために使用する。

【使用方法等】

- ①患者の口腔サイズに合ったトレーを選択する。
- ②印象材をトレーに盛り付けて口腔内に装着する。
- ③印象材の硬化終了後、トレーを口腔内から取り出し、
歯科用石こうを用いて印象から模型を作製する。

【使用上の注意】*

1. 使用注意

- ①材質の異なる金属製器具と一緒に洗剤に長時間浸漬すると、化学的反応により金属が傷むことがある
ので注意すること。
- ②乾熱滅菌は行わないこと。
- ③化学薬品や殺菌剤（例：酸性水や次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤等）は種類によってはトレーの表面を変色させたり腐食したりするので注意すること。
- ④すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により腐食や変色する場合があるので注意すること。
- ⑤金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面に傷をつけるので、洗浄時の使用はしないこと。
- ⑥消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性がある
ので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①トレーを洗浄するときはトレーから印象材を取り除き、
トレークリーナー（デントクラフトトレークリーナー、
コートレークリーナーを推奨）を温水で溶かした溶液に
15～30 分浸漬する。
- ②トレーに残った印象剤は軟毛のブラシを用いてきれい
に取り除く。
- ③トレーを洗浄後、トレークリーナーや洗浄剤が残らない
よう、流水下で丁寧にすすぎを行う。
- ④トレーを乾燥させ、滅菌バックに入れる。
- ⑤滅菌は、121℃で 20～30 分又は 132℃で 5～20 分の高
圧蒸気滅菌を行う。乾燥工程は行わないこと。
- ⑥保管するときは、十分に乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：クラン社
Clan Dental B.V.（国名：オランダ）**