2022 年 8 月（第 1 版）　　届出番号：13B1X00005000253

機械器具 58　整形用機械器具
一般医療機器　歯科インプラント技工用器材　JMDN コード 70757000

コエックス ラボ用ドライバー　ｉＰｅｎ

【形状・構造及び原理等】

１．外観形状

２．概要

本品は、ハンドルと各種チップ（Screw Driver Tip、Analog Insertion Tip)、トルクアダプター及びベースから構成される。

３．原材料

チタン及びステンレス鋼

４．原理

本品は補綴物を作製するための作業模型に使用するラボアナログやスキャンボディを装着する際の用いる歯科技工用の器具である。

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料。

【使用方法等】

≪Screw Driver Tip≫

①連結するラボアナログとスキャンボディに適したチップを選択する。
②選択したチップをハンドルに接続する。
③ラボアナログとスキャンボディを組み合わせ、本品を用いて専用の固定用スクリューで固定する。
④使用後は、チップとハンドルを分離し、ベースに収納する。

≪Analog Insertion Tip≫

①模型に挿入するラボアナログに適したチップを選択する。
②選択したチップをハンドルに接続する。
※必要に応じて、トルクアダプターも使用する。
③本品を用いてラボアナログを模型に挿入する。
④使用後は、チップとハンドルを分離し、ベースに収納する。

【使用上の注意】

（使用注意）

①患者の口腔内には適用しないこと。
②本品は下記の製品に使用すること。
（適応製品）
・コエックス　ラボアナログ
（届出番号：13B1X00005000226）
・コエックス　スキャンボディ
（届出番号：13B1X00005000227）

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品は、高温、多湿、直射日光、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
画像情報部
電話番号：03-3845-2925
ＦＡＸ番号：03-3845-2926

製造元：アルム　デンティストリー
ARUM DENTISTRY Co., Ltd.　（大韓民国）