

歯科材料 4 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント JMDN:31872000

デントクラフトガッタパーチャポイント レギュラースタイル

【禁忌・禁止】

本品または本材に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】＊

1. 型番
2 % テーパー
#15、#20、#25、#30、#35、#40、#45、#50、#55、
#60、#70、#80、#90、#100、#110、#120、#130、#140

2. 成分
ガッタパーチャ、酸化亜鉛、硫酸バリウム、他

【使用目的又は効果】

抜髄、根管拡大を行った根管に充填する充填材である。根管内を封鎖できるように柔軟性を有している。

【使用方法等】

- ① 根管の拡大形成を行う。
- ② 形成した根管の内径から適切な番号のガッタパーチャポイントを選択する。
- ③ ガッタパーチャポイントをそのまま、又は適当な長さに切り、必要な場合には根管充填用シーラーを塗布して根管に挿入する。
- ④ 充填器具を用いて、ガッタパーチャポイントを圧入、充填する。
- ⑤ 根管よりはみ出た部分は、歯科用バー、せん刀、熱した充填器具等で切り取る。
- ⑥ 支台形成、歯冠の築盛等の処置を行い、治療を終了する。

【使用上の注意】**

1. 使用注意
開封後は、できるだけ速やかに使用すること。
2. 重要な基本的注意
 - ① 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - ② 本品をアレルギー既往歴のある患者に使用するときは、十分に注意すること。
 - ③ 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・ 本品は、容器又は外装に記載されている条件で保管すること。
- ・ 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（有効期間）

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証「当社データ」による。）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **デンテール**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：プロデュイデンテール社
PRODUITS DENTAIRE SA 社
（国名 スイス）