＊＊2021 年 2 月（第 5 版）
＊2018 年 1 月（第 4 版）

承認番号：21700BZY00514000

機械器具　32　医療用吸引器
管理医療機器　歯科用吸引装置ポンプ　JMDN:70727000

セパバック　VS300S

【形状、構造及び原理等】

（装置の外観）

（仕様）

本体寸法：
　縦、横、高さ　310mm×310mm×370mm
質量：
　12.5Kg
電源入力：
　定格電圧　AC100V（50/60Hz）
　定格入力　650W（50Hz）、850W（60Hz）
電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器

（作動原理）

タービンの回転により発生する負圧により、吸引を行う。吸引された水、切削粉等はタービンによる遠心力で空気と分離されて排出される。

【使用目的又は効果】

本装置は歯科用ユニットに接続し、歯科診療時に患者口腔内に溜まった水、唾液、切削粉塵等の吸引処理に使用する。

【使用方法等】

①装置を平坦な床の上に設置する。
②歯科用ユニットからの吸引用配管と装置の吸引口を接続する。
③装置の排水口を排水用配管に接続する。
④歯科ユニットからのバキュームリード線を装置の配電盤にある入力信号端子に接続する。
⑤吸引は歯科用ユニットのバキュームホースをハンガーより外してバキューム信号スイッチを入れる、又は歯科用ユニットに接続されたバキューム信号スイッチを入れることで開始される。
⑥歯科ユニットのバキュームホースをハンガーに戻す、又は歯科ユニットに接続されたバキューム信号スイッチを切ることにより、吸引は停止する。

【使用上の注意】

①装置を可燃性麻酔剤のような爆発の危険性のある治療空間で使用しないこと。
②装置を換気設備のない閉鎖された空間には設置しないこと。
③温度が 40℃を超える場所はモーター過熱の原因となるので設置には適さない。

【保管方法及び有効期間等】

（耐用期間）
　正規の保守を受けた場合に 10 年。
　［自己認証（当社データによる）］

【保守・点検に係る事項】＊＊

①しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
②手入れと点検

行う時期	内　容
毎日	吸引システムの洗浄
毎週	ネットフィルターの掃除/交換
3ヶ月毎	吸引口の防護フィルターの洗浄
1年毎	排気フィルターの交換
3～4年毎	逆止弁の点検

※吸引システムの洗浄に用いる洗浄剤は、デュール社が指定したもの以外は使用しないこと。発生する泡等により、装置の故障を惹き起こすことがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
　　東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
　機械部
　電話番号：03-3845-2941
　FAX番号：03-3845-2948

製　造　元：デュールデンタル社（ドイツ国）
　　Duerr Dental SE　＊

取扱説明書を必ずご参照下さい