＊＊2017 年 4 月（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）　　承認番号：21900BZX01151000
＊2010 年 9 月 21 日（第 2 版）

機械器具 49　医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器　電動式歯科用ファイル　JMDN:31878022

リスピソニック

【禁忌・禁止】
本品に感作又はアレルギー反応を示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

No.	長　さ
No.1	19mm、22mm
No.2	19mm、22mm
No.3	19mm、22mm
No.4	19mm、22mm
No.5	19mm、22mm
No.6	19mm、22mm

原材料
刃　　部：ステンレス鋼
シャンク部：ポリプロピレン成形

【使用目的又は効果】
根管の拡大、形成を行う。

【使用方法等】
販売名「ジロソニック」に装着して使用する。

【使用上の注意】＊＊
１．使用注意
①使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
②目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
③ハンドピースにシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。＊＊
④あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。＊＊
⑤使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。＊＊
⑥口腔内での破折、曲がり等の原因になり得るので、必要以上の力を加えたり、ジロソニックの振動を強くしないこと。
⑦長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

２．重要な基本的注意
本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】＊
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】
（洗浄方法）＊
本品を金属製のインスツルメント収納ケースに入れて、超音波洗浄剤もしくは超音波洗浄に使える小器具洗浄剤を用いて超音波洗浄すること。
・本品がすべて洗浄液に浸かるように十分な量の洗浄液を入れること。
・超音波洗浄時間は 30 分程度行うこと。
・洗浄剤が残留しないように十分すすぎを行うこと。仕上げすすぎには、精製水を用いることを推奨する。
・消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。＊＊

（滅菌方法）＊
①滅菌前に、汚れ、傷、曲がり、破損等の異常がないことを点検すること。
②点検後、高圧蒸気滅菌すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号：03-3845-2931
ＦＡＸ番号：03-3841-8204

製　造　元：マイクロメガ社
MICRO-MEGA SA
（国名：フランス）