機械器具 58　整形用機械器具
一般医療機器　手術用切骨器　JMDN 35090000

ボーンスクレイパー

【形状・構造及び原理等】

＜外観＞

【使用目的又は効果】

ステンレス製の重い手術器具で、骨などの硬組織を切除するために用いる。近位にハンドルがあり、その先は軸となっている。遠位端は、組織の切除が容易になるように半月型である。

【使用方法等】

1. 本品は未滅菌であり、洗浄及び滅菌してから使用する。
2. ハンドルを持ち、ブレードを用いて歯槽骨等を削ると、キャビティーに剥ぎ取られた骨等が溜まる。
3. 使用後は滅菌を施し保管する。
   滅菌条件（例）：オートクレーブ　135℃　15 分

【使用上の注意】

1. 折損等の原因になるので、本品を絶対に曲げないこと。
2. 本製品は錆びにくい金属ではあるが、使用方法、環境によっては錆びることがあるので、以下の使用上の注意を守ること。
3. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。また漂白剤は使用しないこと。
4. 家庭用洗剤は、金属の劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
5. 機能水の使用禁止：超酸化水（超酸性水）などは、金属を腐食させ劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。
6. 洗浄、消毒の注意：
   ・洗浄、消毒には精製水を使用すること。
   ・薬液にて消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。
   ・洗浄、消毒後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。
7. 錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社吉田製作所 TEL ： 03－3631－2204（海外事業部） FAX ： 03－3635－1060
製造業者：コーラー社 【Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co.KG】ドイツ
販売業者 クロスフィールド株式会社 住所 ： 〒130－8516 東京都墨田区江東橋1－3－6 TEL ： 03－5625－3306 FAX ： 03－3635－1060

文書番号 ZZ 添 098-1