


機械器具60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用電気レーズ JMDN 70739000

ラボレーズ α

*【形状・構造及び原理等】

1) 製品外観図



2) 電氣的定格

- ①電源電圧 : AC 100 V
- ②周波数 : 50/60 Hz
- ③消費電力 : 140VA

- 3) 回転数 : 50 Hz (L) 1500rpm, (H) 3000rpm
: 60 Hz (L) 1800rpm, (H) 3600rpm

*【使用目的又は効果】

本製品は、歯科技工において補綴物を研磨・研削するための機器です。

*【使用方法等】

詳細については、取扱説明書の4. 使用方法の項をご参照ください。

- 1) 回転切り替えスイッチをLまたはHの位置に合わせると、回転します。
- 2) 使用後は、必ず回転切り替えスイッチをOFFにしてください。

【使用上の注意】

詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項をお読みください。

- 1) 工具アタッチメント(竹の子、チャック)の着脱およびバー等を交換する時は、必ず回転切換えスイッチがOFFで回転軸が停止していることを確認してから行ってください。
- 2) 工具アタッチメント(竹の子、チャック)は確実に取り付けてください。取り付け後、強く引っ張っても抜けないことを確認してください。取り付けが緩いと外れてケガをする恐れがあります。
- 3) バー・ポイントはチャックに確実に取り付けてください。
- 4) 本機を使用中は、集塵機をご使用ください。
- 5) モーターに異常に負荷をかけ過ぎないように注意してください。

医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項

- 1. 熟練した者以外は機器を使用しないこと。
- 2. 機器を設置するときには、次の事項に注意すること。
 - (1) 水のかからない場所に設置すること。
 - (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - (3) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
 - (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
 - (5) 電源の周波数と電圧及び許容電流値(又は消費電力)に注意すること。
 - (6) 電池電源の状態(放電状態、極性など)を確認すること。
 - (7) アースを正しく接続すること。
- 3. 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - (1) スwitchの接触状況、極性、ダイヤル設定、メーター類などの点検を行い、機器が正確に作動することを確認すること。
 - (2) アースが完全に接続されていることを確認すること。
 - (3) すべてのコードの接続が正確でかつ完全であることを確認すること。
 - (4) 機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこすおそれがあるので十分注意すること。
 - (5) 患者に直接接続する外部回路を再点検すること。
 - (6) 電池電源を確認すること。
- 4. 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - (1) 診断、治療に必要な時間・量をこえないように注意すること。
 - (2) 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - (3) 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
 - (4) 機器に患者がふれることのないよう注意すること。
- 5. 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - (1) 定められた手順により操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻したのちに電源を切ること。
 - (2) コード類の取りはずしに際しては、コードを持って引き抜くなど無理な力をかけないこと。
 - (3) 保管場所については、次の事項に注意すること。
 - I. 水のかからない場所に保管すること。
 - II. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - III. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
 - IV. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
 - (4) 付属品、コード、導子などは清浄したのち、整理してまとめておくこと。
 - (5) 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄しておくこと。
- 6. 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い修理は専門家にまかせること。
- 7. 機器は改造しないこと。
- 8. 保守点検
 - (1) 機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。
 - (2) しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ①水のかからない場所に保管すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ③傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意すること。
- ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2) 耐用期間

製造日から正規の保守点検を行った場合に限り10年間とする。

[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

詳細については、取扱説明書の5. 保守点検の項をご使用前に必ずお読み下さい。

1) 本製品は、次の日常の点検を行ってください。

No.	点検項目	点検頻度
1	本体の作動確認	始業前
2	本体の各部を操作して、異常な音や振動がないかを確認	始業前
3	工具アタッチメント(竹の子、チャック)が確実に取り付いているかを確認	始業前

2) 機器及び部品は必ず日常の点検を行うこと。

3) 暫く使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

****【製販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

株式会社 吉田製作所

TEL:03-3631-2191(代表)

FAX:03-3633-9427

お問い合わせ先

TEL:06-6783-2755(大阪工場)

FAX:06-6783-2759(大阪工場)

TEL:03-3635-1686(CS部)

FAX:03-3635-8937(CS部)

販売業者

株式会社 ヨシダ

住所:〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

TEL:03-3845-2931(器材部)

FAX:03-3841-8204(器材部)

文書番号 VV添17-012

取扱説明書を必ずご参照ください。