2017 年 10 月　新記載要領に基づく改定　　届出番号：13B3X00117000026

機械器具39　医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子　JMDN70935000

石膏鉗子

【形状・構造及び原理等】

材料：ステンレス鋼
原理：手動式

【使用目的又は効果】

本品は歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる器具である。中でも本品は石膏模型分割専用の技工用鉗子である

【使用方法等】

本品を把持し、石膏の分割を行う。

【使用上の注意】

1．注意事項の厳守：器具の正しい使用の為に、注意事項を必ず守ること。
2．ステンレス鋼で出来ているが使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。
3．保管上の注意：「もらいさび」を防ぐ為、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
4．取り扱いについて：器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしないこと。
5．頭部先端は鋭利になっているので、充分に気をつけましょう。
6．バネに手をはさまないこと。
7．石膏の分割以外の目的で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）
「もらい錆」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

使用前、使用後の点検：使用前・使用後に嘴部にキズや腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
時々、関節部にミシン油を塗布する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ
住所　　：〒１３１－００３４
　　東京都墨田区堤通１－７－１３
電話番号　：０３（３６１４）１９１７
ファックス：０３（３６１４）１９１８
製造業者名：株式会社ヨシオカ