



HIP002-023

\*\* 2022年2月作成(第23版)  
\* 2019年11月

医療用品4 整形用品  
高度管理医療機器 人工股関節大腿骨コンポーネント 35666000

① ANCA-FIT システム  
医療機器承認番号 21800BZY10213000

② AFJ システム S  
医療機器承認番号 20700BZY00433000

③ Profemur Z システム  
医療機器承認番号 21700BZY00104000

④ PROFEMUR® T システム  
医療機器承認番号 21900BZY00019000

⑤ プロフィーマー人工股関節システム  
医療機器承認番号 21300BZY00447000

⑥ PROFEMUR® R システム  
医療機器承認番号 21800BZY10239000

⑦ PROFEMUR® TL システム  
医療機器承認番号 22100BZX00555000

⑧ チェンジャブルネック  
医療機器承認番号 21400BZY00387000

⑨ パーフェクタ IMC 人工股関節システム  
医療機器承認番号 21700BZY00180000

⑩ パーフェクタ RS 人工股関節  
医療機器承認番号 21100BZG00015000

⑪ AFJ ヘッド  
医療機器承認番号 20300BZY01177000

⑫ AFJ セラミックヘッド  
医療機器承認番号 20600BZY00015000

医療用品4 整形用品  
高度管理医療機器 人工股関節大腿骨コンポーネント 35666000

⑬ SLT フェモラルヘッド  
医療機器承認番号 21600BZY00575000

⑭ モジュラーネック<CoCr>  
医療機器承認番号 22300BZX00384000

⑮ PROFEMUR® Am システム  
医療機器承認番号 22500BZX00062000

高度管理医療機器 人工股関節大腿骨コンポーネント 35666000(骨スベーサ 33982003)

⑯ PROFEMUR® Xm システム  
医療機器承認番号 22100BZX00552000

高度管理医療機器 全人工股関節 36315000  
⑰ インフィニティ® 人工股関節  
医療機器承認番号 20700BZY00198000

⑱ パーフェクタ 人工股関節システム  
医療機器承認番号 20700BZG00048000

⑲ トランセンド® 人工股関節システム  
医療機器承認番号 20900BZG00035000

高度管理医療機器 人工骨頭 33704000  
⑳ AFJ バイポーラカップ  
医療機器承認番号 21700BZY00232000

㉑ GLADIATOR バイポーラカップ  
医療機器承認番号 22200BZX00620000

高度管理医療機器 人工骨頭 33704000(人工股関節大腿骨コンポーネント 35666000)

㉒ GLADIATOR 26 バイポーラカップ  
医療機器承認番号 22300BZX00101000

高度管理医療機器 骨スベーサ 33982003

㉓ PERFECTA® プロキシマル セントラライザー  
医療機器承認番号 21700BZY00228000

再使用禁止

**【警告】**

- 人工関節の使用にあたっては正しい選択が重要である。個々の患者に適切なサイズ、形状及びデザインの人工関節を選択すること。
- 関節置換を選択する際は、特に術後成績に影響を及ぼす可能性のある以下の因子について十分に検討すること。
- 体重
- 職業もしくは活動性

**【禁忌・禁止】**

**<適用患者における禁忌>**

- 感染症[治療を妨げ、関節置換の失敗をもたらすおそれがある]
  - X線所見上関節破壊もしくは骨吸収が現れた急速な進行性疾患 [インプラントの安定性が得られないおそれがある]
  - 骨格の未成熟な患者、手術時の年齢が21歳以下の患者(骨が成長段階にある)[骨端軟骨を破壊/除去する可能性が高い]
  - 不十分な神経筋状態、ボーンストック欠如もしくは閉創が不可能な患者[手術が不十分な状態であり、関節置換が成功した場合でもインプラントの安定性が得られないおそれがある]
  - 神経病性関節症、歩行、荷重支持に影響を及ぼす可能性のある神経学的もしくは筋骨格系疾患[インプラント及び/もしくは関節の安定性が得られないおそれがある]
  - 異物に対して重篤なアレルギーがある患者
- メタルオンメタルベアリングの禁忌には以下も含まれる
- 中等度から高度腎不全を伴う患者[放出する可能性のある金属イオンに敏感であるおそれがある]
  - 妊娠可能年齢の患者[金属イオンレベル上昇が胎児に及ぼす影響がわからない]

**<併用医療機器>(相互作用の項参照)**

- 他社製インプラントとの組み合わせ
  - バイポーラカップとネック長+7及び+10.5mmの大腿骨ヘッドと組み合わせ
- 28mm/LのAFJセラミックヘッドとコバルトクロム合金製大腿骨システム及びモジュラーネック<CoCr>との組み合わせ

**<使用方法>**

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

**【形状・構造及び原理等】**

**1. 形状・構造**

本品は以下の製品で構成される。

なお、本添付文書に該当する製品の医療機器承認番号、製品名、サイズ等については製品の外箱ラベルを確認すること。

**2. 組成**

(1) バイポーラカップ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| AFJ バイポーラカップ <sup>㉑</sup>          | 超高分子量ポリエチレン/<br>コバルトクロム合金 |
| GLADIATOR バイポーラカップ <sup>㉒</sup>    |                           |
| GLADIATOR 26 バイポーラカップ <sup>㉒</sup> |                           |

(2) 大腿骨ヘッド


|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| AFJ セラミックヘッド <sup>⑫</sup>             | 酸化アルミニウム  |
| AFJ ヘッド <sup>⑪</sup>                  | コバルトクロム合金 |
| SLT フェモラルヘッド <sup>⑬</sup>             |           |
| コバルトクロム スーパーフィニッシュ大腿骨ヘッド <sup>⑭</sup> |           |
| CO-CR 大腿骨ヘッド <sup>⑮</sup>             |           |

(3) 大腿骨システム

|   |            |
|---|------------|
| チェンジャブルネック <sup>⑧</sup>                         | チタン合金      |
| AFJ システム S セメント <sup>②</sup>                    |            |
| PROFEMUR® Z システム <sup>③</sup>                   |            |
| RS システム <sup>⑥</sup>                            |            |
| レデュースド フレアシステム カラーレス/カラー付 <sup>⑩</sup>          |            |
| スタンダード フレアシステム カラーレス/カラー付 <sup>⑩</sup>          |            |
| プロフィーマー R 近位部(サンドブラスト) <sup>⑤</sup>             |            |
| ディスタル ストレート テーパード システム <sup>⑥</sup>             |            |
| ディスタル カーブド テーパード システム <sup>⑥</sup>              |            |
| ディスタル ストレート シリンドリカル システム <sup>⑥</sup>           |            |
| ANCA-FIT システム <sup>①</sup>                      | チタン合金/純チタン |
| PROFEMUR® T システム <sup>④</sup>                   |            |
| プロキシマル ボディ(プラズマスプレー) <sup>⑥</sup>               |            |
| ディスタル ストレート シリンドリカル システム(プラズマスプレー) <sup>⑥</sup> |            |
| ディスタル カーブド シリンドリカル システム(プラズマスプレー) <sup>⑥</sup>  |            |
| PROFEMUR® TL システム <sup>⑦</sup>                  |            |
| PROFEMUR® Am システム <sup>⑮</sup>                  |            |
| IMC システム/IMC II システム <sup>⑨</sup>               |            |
| PDA カルカーステム <sup>⑯</sup>                        |            |
| PROFEMUR® Xm システム <sup>⑯</sup>                  |            |
| モジュラーネック<CoCr> <sup>⑭</sup>                     | コバルトクロム合金  |

(4) その他

|  |             |
|--|-------------|
| PERFECTA® プロキシマル セントラライザー <sup>㉓</sup> | ポリメタクリル酸メチル |
| NEXUS ディスタル セントラライザー <sup>⑲</sup>      |             |
| ディスタル セントラライザー <sup>⑲</sup>            |             |



**【使用目的又は効果】**

**1. 使用目的**

- ③④ 人工股関節置換術又は人工骨頭挿入術の際に大腿骨ステムとして使用し、関節機能を再建する。
- ⑤ 人工股関節再置換術に使用する。
- ⑥ 人工股関節置換術の際に用いて、関節機能を再建する。
- ①⑧ 人工股関節置換術又は人工骨頭挿入術の際に関節機能を再建する。
- ②⑦⑨⑭⑮⑯ 人工股関節置換術又は人工骨頭挿入術の際に関節機能を再建するために用いる。
- ⑩ 人工股関節置換術及び人工骨頭置換術に用いられる。
- ⑪⑫ 人工股関節のヘッド(人工骨頭)として生体の股関節と置換する。
- ⑬ 人工股関節置換術又は人工骨頭挿入術の際に関節機能を再建するために用いる大腿骨ヘッドである。
- ⑰ 人工股関節の置換術に用いる。
- ⑱ 人工股関節置換術に用いられる。
- ⑳ 本品は、人工骨頭挿入術の際にステムヘッドと組み合わせて使用する骨頭形成用カップである。
- ㉑ 人工骨頭挿入術の際に関節機能を再建するために用いる。
- ㉒ 人工骨頭挿入術の際に関節機能を再建するために用いる骨頭形成用カップ及び大腿骨ヘッドである。
- ㉓ 大腿骨ステムの近位部に設置し、骨セメント厚を均一化する。

**2. 効能又は効果に関連する使用上の注意**

・本品は、以下の条件を伴う骨格成熟患者における疼痛軽減もしくは除去及び／もしくは股関節機能の改善を目的とする人工股関節置換術に適用する；

- (1) 変形性関節症、虚血壊死、強直、寛骨臼突出、及び疼痛を伴う股関節異形成等の非炎症性変形性関節症
- (2) 慢性関節リウマチ等の炎症性変形性関節症
- (3) 機能性変形の矯正
- (4) 他の処置もしくは製品が破綻した部位の再置換術  
・バイポーラ股関節システムは以下の状態に適用する；  
(1) 大腿骨頸部の病的骨折

- (2) 大腿骨頸部骨折の偽関節
- (3) 大腿骨頭及び大腿骨頸部の無菌壊死
- (4) 白蓋は変形していないが大腿骨頭に影響を及ぼす若年における一次性病変

**【使用方法等】**

以下に示す本品の使用方法は、特定の手術手技を推奨するものではない。医師がその医学的トレーニングと経験に基づき用いる手技の適切性を評価すること。

**<人工股関節置換術>(大腿骨側)**

1. 大腿骨頸部切除
2. 髓腔のリーミング及びブラッシング  
[人工股関節再置換術に用いる際には、埋植されていたインプラント、骨セメント、線維膜及び余分な組織を全て、大腿骨髓腔から完全に除去すること。]
3. 大腿骨ステム、チェンジャブルネック又はモジュラーネック<CoCr>及び大腿骨ヘッドのサイズ選択  
[これらのインプラントは挿入前に必ず専用のトライアルを用いて仮整復を行い、関節可動域、安全性等を確認して適切なサイズのインプラントを選択すること。]
4. 大腿骨ステムの打ち込み  
[プロフィーマー人工股関節システム/PROFEMUR® Rシステムを用いる際は、適切なサイズの近位及び遠位コンポーネントを組み合わせてから大腿骨髓腔に挿入すること。また、近位コンポーネントの付属品であるロッキングスクリューにより、近位コンポーネントと遠位コンポーネントを固定すること。]
5. チェンジャブルネック又はモジュラーネック<CoCr>の装着(①~⑦、⑮)
6. 大腿骨ヘッドの装着  
[プロフィーマー人工股関節システム/PROFEMUR® Rシステムを用いる際は、近位コンポーネントの付属品であるホールプラグを近位コンポーネントに設置する。]

## <人工骨頭挿入術>

1. 大腿骨頸部切除
  2. 髓腔のリーミング及びラスピング
  3. 大腿骨ステム、チェンジャブルネック又はモジュラーネック<CoCr> 大腿骨ヘッド及びバイポーラカップのサイズ選択
  4. 大腿骨ステムの打ち込み
  5. チェンジャブルネック又はモジュラーネック<CoCr>の装着
  6. 大腿骨ヘッドの装着
  7. バイポーラカップの装着
- ※詳細は、手術手技書を確認すること。

## <使用方法に関連する使用上の注意>

- ・術者は術前に人工関節、使用する機器及び手術手技を習熟すること。
- ・術前に必要なインプラントが全て揃っていることを確認すること。
- ・使用する製品のサイズを予測するためにX線テンプレートを使用する。患者の骨格が製品のサイズを最終的に決定する。最小サイズから開始して出血している海綿骨に到達するまでブローチングすることにより手術中の骨の準備の程度を決定する。最終的なインプラントの位置と関節可動域を評価するためにトライアルを使用すること。手術中に選択した最終的なインプラントサイズは術前評価もしくは予備トライアルの際に選択した組合せと異なる場合がある。
- ・最終インプラントの挿入の際、準備した大腿骨髄腔以上のインプラントを設置しようとしなさい。準備した大腿骨以上のインプラントを無理に設置することは骨折の可能性を高める場合がある。近位コンポーネントの一部が近位切除レベルより上に見えることもある。
- ・コンポーネントは適切なサイズを組み合わせて使用すること。組合せが不適切な場合、コンポーネントの摩耗や破損の要因となり、関節不安定性の一因となる可能性がある。
- ・本品は滅菌済み製品である。使用前に本品の包装に破損がないことを確認すること。万一、包装に破損が認められた場合もしくは滅菌に疑いがある場合は絶対に使用しないこと。また、本品は再滅菌しないこと。
- ・埋植のための最終的な準備ができた後に、正しいサイズであることを確認し、無菌的に包装から取り出すこと。
- ・包装材料は全て、埋植前にインプラントから取り除くこと。
- ・本品は常にパウダーの付いていないグローブで無菌的に取扱い、硬い物との接触は避けること。また、ポーラス表面に布や繊維等を接触させないこと。
- ・本品専用の器械を使用し、インプラントを正確に設置すること。

## [骨セメントを適用する場合]

- ・AFJシステムSセメントヘッド、PROFEMUR® Xmシステム、PDAカルカーシステム、IMC II システム、IMCシステムの骨への固定には、骨セメントを要する。
- ・インプラントが骨セメントにより確実に支持されていることを確認すること。ストレスの集中はインプラントの破損を招く要因となる。また、関節摺動面の摩耗加速を避けるため、閉創前に骨片や骨セメント片等を完全に除去すること。
- ・骨セメントを使用する際は、その添付文書を熟読し、使用上の注意を十分に遵守した上で使用すること。

## [骨セメントを適用しない場合]

- ・大腿骨ステムは正確な手術手技を用い、専用器械を使用して大腿骨髄腔内にプレスフィットさせること。
- ・インプラントを設置する際は、骨折を起こすことがあるので十分に注意すること。また、インプラントを支持するためには十分なボーンストックが必要である。

## [モジュラーコンポーネント]

- ### (大腿骨ヘッド、モジュラー型大腿骨ステム、チェンジャブルネック)
- ・テーパーのスクラッチを避けること。これらのコンポーネントは脱着を繰り返すとロッキング機構が機能しなくなることがあるので注意すること。
  - ・モジュラーコンポーネントは分離しないようにしっかりと設置すること。設置する前に、互いのテーパー部に汚れがなく、乾燥した状態であることを確認すること。
  - ・12/14 SLT テーパーの大腿骨ステム及びネックは、12/14 SLT テーパーの大腿骨ヘッドのみと組み合わせて使用すること。
  - ・ネック/近位コンポーネントもしくはネック/モジュラー型大腿骨ステムは、臨床的に必要な場合にのみ交換すること。ネックの抜去方法は手術手技書を参照すること。
  - ・チェンジャブルネックの早期破綻が、海外において体重の重い患者

(>104kg)に通常より多く報告されている。チェンジャブルネックを使用する際は、患者を選択する上でこのことを考慮し、また、破綻の要因となる可能性のある活動性等その他の患者選択要素についても考慮すること。このような患者にはコバルトクロム製モジュラーネックや一体型大腿骨ステムのような代替製品も検討することができる。

- ・12/14 SLT テーパーのCoCr合金製大腿骨ヘッドは、CoCrMo合金もしくはTi合金製大腿骨コンポーネントと使用し、またUHMWPE製ライナーのみと摺動するように設計されている。
- ・コバルトクロムスーパーフィニッシュ大腿骨ヘッドは、金属及びUHMWPE製ライナーと摺動するように設計されている。
- ・PROFEMUR® Amシステムのサイズ1は、体重が60kg未満の患者のみに使用すること。

## [セラミック製大腿骨ヘッド]

- ・セラミックの破損を導く可能性があるため、擦ったり、一度メタルテーパーと組み合わせたセラミックヘッドとアセタブラーライナーは設置しないこと。
- ・セラミック製製品には特別な注意を払い、落とした場合には外見上損傷がない場合であっても使用しないこと。セラミック製製品を挿入する際は、先端がプラスチックの器械のみを用いること。セラミック製製品のテーパーが損傷した場合には使用しないこと。
- ・材料特性を考慮すると、セラミック製インプラントは金属製インプラントより破滅的に破損する可能性が高い。
- ・セラミック製大腿骨ヘッドは、セラミック及びUHMWPE製ライナーと摺動するように設計されている。

## [バイポーラカップ]

- ・バイポーラカップから大腿骨ヘッドを分離するために一度抜去器を使用した場合、大腿骨ヘッドはスクラッチダメージの可能性を回避するために交換すること。

## [その他]

### 機器の破損(疑われる場合)に対する推奨

1. 医療機器は患者から抜去後すぐに破損の徴候を検査すること。
2. 抜去した医療機器が損傷している場合にはその事象を製造業者等が分析しやすいように、その医療機器はそのまま保持すること。
3. 破損片を患者から取り除くか留めておくかのリスクとベネフィットを慎重に検討し、患者と(可能な場合)話し合うこと。
4. 医療機器の破損片を抜去しない場合にはその性質及び安全性について以下の情報を含めて患者に説明すること：
  - ・破損片の材料組成、大きさ、位置(わかる場合)
  - ・可能性のある移動、感染等有害事象の機序
  - ・金属製破損片の場合にはMRI等の避けるべき処置や治療。破損片に起因する重篤な有害事象の可能性を低減するために役立つことができる。

## [使用上の注意]

### 1. 使用注意(次の患者には慎重に適用してください。)

- (1) 体重過多もしくは肥満症の患者、活動性の高い患者  
[インプラントに過度の負荷がかかり、破損を招く可能性がある。医師の指示に従い体重と活動レベルを管理する患者の能力と意欲を考慮すること。活動レベルの高い患者、骨質の弱い患者、体重過多の患者には、細い大腿骨ステムを使用しないこと。小さいサイズの大腿骨ステムは髄腔の細い患者に適用すること。これらの大腿骨ステム形状は、細い髄腔の形状に適應するように小さくなっており、疲労強度や荷重ベアリング特性も減少している。]
- (2) 指示に従うことができない非協力的な患者もしくは精神的疾患のある患者  
[人工関節の使用に際し必要な制限や注意事項に従うことができない場合、インプラントの破損やその他の不具合が生じる可能性がある]
- (3) 異物感受性が疑わしい患者
- (4) 顕著な骨欠損、重度の骨粗鬆症、骨軟化症もしくは再手術の患者  
[骨折もしくは人工関節の適切な固定が得られない可能性がある]
- (5) 代謝性疾患の患者  
[骨形成を損なうもしくは骨欠損を引き起こす可能性がある]
- (6) 褥瘡性潰瘍、末期の糖尿病等の患者  
[創傷治癒において良好な予後が欠如する可能性がある]
- (7) 出血性疾患等、一般的に外科手術が検討される元症状を伴う患者  
[手術の成功に影響を及ぼす可能性がある。長期ステロイド療法、免疫抑制療法、高線量放射線療法も挙げられる。]

## 2. 重要な基本的注意

- 適切なインプラントの選択はデザイン、固定、患者の体重、年齢、骨質、サイズ、活動レベル、術前の健康レベル、さらに術者の経験と製品の熟知を考慮しなければならない。インプラントの寿命と安定性はこれらの可変因子に影響される場合がある。術者は患者にこれらの因子について説明すること。
- 人工関節による関節再建の限界、適切な固定/治療が得られるまでインプラントに全荷重をかけることができないことを患者に説明すること。置換した関節に影響を及ぼす過度の活動性や外傷によるインプラントの弛み、破損もしくは摩耗は、結果として手術の成功に影響を与える。インプラントの弛みは、摩耗粉の増大や骨へのダメージの原因となり、手術の成功が困難になる。
- 人工股関節(インプラント/骨界面を含む)は健康骨のように活動性や負荷に耐えることを期待することはできず、本来のヒト関節のように強く、信頼でき、丈夫ではない。かなりの歩行、走行、揚重、筋肉に負担のかかる運動を伴う職業もしくは活動性に、非現実的な機能的期待を持つべきではないことを患者に説明すること。
- 外科的リスク、発現する可能性のある不具合・有害事象について患者に説明すること。インプラントには限界があり、患者の活動性もしくは外傷により結果的に破損もしくは損傷することがあり、永久的なものではなく、将来的には再置換の必要性がでてくる場合があることを患者に説明すること。
- ノイズや異常な感覚はインプラントの機能不全を示す可能性があるため、医師に報告するよう患者に説明すること。
- 術後定期的に術直後のX線写真と比較し、コンポーネントの移動、弛み、曲がり、割れ等の変化について長期的に経過観察することを推奨する。
- 金属摩耗デブリや金属イオン生成に関して長期生物学的影響の可能性は明らかにされていない。発癌性について疑問視する文献はあるが、金属摩耗デブリもしくは金属イオンは発癌性であるという確証のある研究はない。
- \*\* パッケージラベルにMR Conditionalのシンボルを有する製品は、次の条件で非臨床的にMR環境下における安全性を試験している[自己認証による]:
  - 静磁場強度:1.5T、3.0Tのみ
  - 最大空間勾配磁場:2,000Gauss/cm以下
  - MR装置が示す全身平均比吸収率(SAR)の最大値:2W/kg以下上記条件で15分のスキャン時間(通常操作モード)において、本品に生じる最大の温度上昇は1.5T/64MHzで4.14°C、3.0T/128MHzで2.51°Cである。
- 組み立てられた本品が3.0TのMR装置における勾配磁場エコー法による非臨床的撮像で生じる画像アーチファクトは、本品の実像から約50 mmである。  
T: Tesla、磁束密度の単位、1T = 10,000Gauss  
SAR: 単位組織質量あたりの吸収熱量、単位はW/kg
- バイポーラ型人工骨頭が脱臼/亜脱臼し、その徒手整復の際にバイポーラカップから大腿骨ヘッドが脱転したことが報告されている。徒手整復を行うと白蓋外側縁等にバイポーラカップがインピンジした場合、比較的小さな力でも、てこの作用によりこのような脱転を生じる可能性がある。状態を考慮した上で、透視下徒手整復、観血的整復のいずれを選択するか十分に検討すること。

## 3. 相互作用

### 併用禁忌・禁止(併用しないこと)

| 医療機器の名称等   | 相互作用   |
|--|--|
| 人工股関節<br>(他社製品全て)  | 本品は他社製品との適合性が確認されていないため、正常に機能しないおそれがあるため、組み合わせて使用しないこと。          |
| ネック長+7mm及び+10.5mm<br>の大腿骨ヘッドとバイポーラカ<br>ップの組み合わせ  | 可動域が制限され、バイポーラカップ選<br>択の目的を果たすことができないおそれ<br>があるため、組み合わせて使用しないこと。 |
| 28mm/LのAFJセラミックヘッド<br>とコバルトクロム合金製大腿骨ス<br>テム(PROFEMUR® Xmステム<br>は除く)及びモジュラーネック<<br>CoCr>との組み合わせ | セラミックヘッドの機械的強度の見地から、<br>組み合わせて使用しないこと。                           |

## 4. 不具合・有害事象

### 重大な有害事象

- 静脈血栓症、肺塞栓症、心筋梗塞等の心臓血管障害
- 骨セメントの使用による手術中の急激な血圧低下

### その他の不具合

- 微粒子がもたらす摩耗率の増加(早期再置換を要する)
- インプラントの疲労折損(外傷、激しい運動、不正確なアライメント、不完全なインプラントの設置、使用期間、固定の喪失、偽関節もしくは過度の体重の結果として生じる場合がある。)
- 不適切なインプラント位置、外傷、固定の喪失、筋及び線維組織の弛緩に起因するインプラントの脱臼、移動及び/もしくは亜脱臼

### その他の有害事象

- 骨溶解(進行性骨吸収)  
(骨溶解は無症候性である可能性がある。将来的に重篤な合併症を予防するため、定期的なX線検査が不可欠である。)
  - インプラント材料に対するアレルギー反応(組織学的反応、偽腫瘍、無菌性リンパ球性脈管炎に関連する病変をもたらす可能性のある金属過過敏症(ALVAL))
  - 創傷治癒の遅延(早期もしくは遅発性深部創傷感染。インプラントの抜去を必要とする場合がある。まれに、関連する関節の関節固定もしくは足の切断が必要となる場合がある。)
  - 血管もしくは血腫への損傷
  - 一時的もしくは永久的な神経損傷、末梢神経障害、無症候性神経損傷(外科的外傷の結果として術肢の疼痛もしくはしびれをもたらす可能性がある。)
  - 関節周囲のカルシウム沈着もしくは骨化(関節可動性へのインピンジメントを伴う場合もある)
  - 不適切な再付着及び/もしくは早期荷重支持による大転子偽関節
  - 過度の筋緊張、早期荷重支持もしくは手術中の処置に起因する大転子剥離
  - 手術中の肢位置に起因する膝の外傷性関節症
  - インプラントの不適切な選択・設置位置、大腿骨インピンジメント、関節周囲のカルシウム沈着による不十分な関節可動域
  - 大腿骨もしくは白蓋穿孔もしくは骨折(インプラント設置の際の大腿骨骨折、外傷もしくは過度の負荷、特に骨量の欠乏による大腿骨骨折)
  - 望ましくない肢の短縮もしくは延長
  - 脚長差、大腿骨骨頭の内側移動、筋欠損による術肢/反対側肢の悪化
  - 疼痛
- ※骨セメントに起因する不具合・有害事象は、併用する骨セメントの添付文書を参照すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 貯蔵・保管方法

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

#### 2. 有効期限

外箱ラベルに記載

### 【主要文献及び文献請求先】\*\*

マイクロポート・オーソペディックス・ジャパン株式会社  
TEL 03-6758-7262

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\*

マイクロポート・オーソペディックス・ジャパン株式会社  
TEL 03-6758-7262  
製造業者: マイクロポート オーソペディクス インク  
MicroPort Orthopedics Inc. (米国)