

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 38818000
（一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ 37090010）

リチャードウルフ 脊椎手術用器具セット A（スコープアダプタ）

【警告】

使用方法

- 本品は未滅菌品である。必ず適切な方法で洗浄・滅菌してから使用すること。[患者に危害を加える恐れがある]

【禁忌・禁止】

併用医療機器

- 取扱説明書にて指定されている機器のみを接続使用し、それ以外の機器は使用しないこと。[本品が損傷したり、使用者が負傷するおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

＜スコープアダプタ＞



＜操作／保管条件＞

温度： 10℃～40℃/-20℃～60℃

湿度： 30%～75%/10%～90%

気圧： 700hPa～1060hPa/700hPa～1060hPa

【保守点検に係る事項】

附属の取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：

リチャードウルフ株式会社

〒108-0071 東京都港区白金台 2-26-10

電話番号：03-6459-3939

外国製造業者：

Richard Wolf GmbH（ドイツ）

【使用目的又は効果】

硬性脊椎鏡とともに使用する器具で、組織又は異物の把持、回収、切除、管腔の拡張、等の機械的作業に用いる。

【使用方法等】

使用方法

1. 本品は未滅菌品であるので、予め滅菌を行ってから使用すること。滅菌方法としては以下の方法が推奨される：
＜蒸気滅菌＞134℃にて 3～5 分間
2. 処置後は、附属の取扱説明書に従い、洗浄及び滅菌処理を行う。

使用方法に関する使用上の注意

- 本品と接続する併用機器について、本品に適合するものか予め確認すること。[本品が損傷したり、使用者が負傷するおそれがある]
- 本品に過度な力を与えないこと。[本品が損傷するおそれがある]
- 使用前後毎回、点検を行うこと。破損している、完全性に欠けている製品は使用しないこと。[本品及び併用機器が損傷・故障するおそれがある。使用者が負傷するおそれがある。]
- 低温滅菌法で滅菌する場合、異なる滅菌方法を交互に選択しないこと（例えば、過酸化水素プラズマ滅菌及び過酢酸滅菌）。[本品が損傷するおそれがある。滅菌効果が不十分になるおそれがある]

【使用上の注意】

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用注意

- 本品と併用する機器の取扱説明書を参照すること。[不適切な使用により、本品が損傷したり、使用者が負傷するおそれがある]

【保管方法及び有効期間等】

- 水の掛からない清浄な場所に保管すること。
- 温度、湿度、日光、埃、塩分、硫黄を含んだ空気、気圧等により悪影響を受けない場所に保管すること。
- 振動のある場所、不安定な場所、化学薬品の保管場所及びガスが発生する場所には保管しないこと。水の掛からない清浄な場所に保管すること。

ご使用前に取扱説明書を必ずご一読ください。