添付文書

2025 年 01 月作成（第 1 版）　　医療機器届出番号：13B2X10322RD0012

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品

一般医療機器　歯科用樹脂系模型材(コード：34811000)

プチラミ

【禁忌・禁止】

- 化学的および物理的品質が悪影響をもたらす可能性がある。
- アレルギーの徴候が現れたらすぐに医師に相談すること。

【形状・構造及び原理等】

1.　概要

本品は黄色の色調を有する粘性の液体であり、パウチ容器に包装されて提供される。

2.　形状

粘性の液状

3.　明度及び容量

種類	RMU0QBW-A1	RMU0QBW-B1	RMU05BW-A1	RMU05BW-B1	RMU10BW-A1	RMU10BW-B1
明度（シェードガイド）	A1	B1	A1	B1	A1	B1
容量(g)	250	250	500	500	1000	1000

4.　作動原理等

紫外線による光エネルギーの作用によって硬化する。

6. 原材料

- ウレタンアクリレートオリゴマー
- 二官能分岐アルキルポリエーテルアクリレート
- フェノール（EO）4 アクリレート
- フェニルビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド
- 二酸化チタン(IV)

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用の樹脂模型を作製に用いる。

【使用方法等】

1) 使用前に 5 分間浸透し、本品をよく混ぜる。
2) 3D プリンタのバットに流し込む。
3) バットを 3D プリンタ本体にセットする。
4) 3D プリンタの取扱説明書に従い、造形を行う。
5) 造形が完了したらバットから取り出し、余計な樹脂を取り除く。
6) イソプロピルアルコールスプレーを噴霧し、造形物の樹脂を洗い流す。
7) エアガンを使用して造形物のアルコールを取り除く。

【使用上の注意】

詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

1. 使用上の注意
   1) 本品を使用する際には医療用（歯科用）手袋（ニトリルグローブ等）を用いること。
   2) 目に入らないようにすること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管環境

25℃以下、暗所、乾燥した場所で保管すること。

2. 使用期間

容器記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売業社及び製造業社の氏名又は名称等】

株式会社 RAY JAPAN

【製造業者】

RAY Co., Ltd.(大韓民国)

取扱説明書を必ずご参照ください。