

一般医療機器 器72 眼鏡レンズ JMDNコード 35957000
シニアグラス001L

【禁忌・禁止】

- 落としたり強い衝撃を与えない事。
- 眼鏡以外には使用しない事。

【形状・構造及び原理等】

- プラスチック製(アクリル樹脂)視力補正用単焦点眼鏡レンズ
- 適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させる事により視力を補正します。
- レンズ度数+0.25/+0.50/+1.00/+1.50/+2.00/+2.50/+3.00/+3.50/+4.00 9度数

【操作方法又は使用方法等】

- レンズの光軸を所定の位置に合わせ、フレームに取り付けて使用します。

【品目仕様等】

- 視力補正用

【使用上の注意】

- 落下等強い衝撃を与えない事。
- 高温多湿の場所に保管しない事。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 室温で保管。

【包装】

- 1pc個装ダース単位

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業及び製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社レオフレスコ
福井県福井市種池町第1号15番地47
問合せ 0776-35-5607
18BZ200081
18B3X10034