

一般医療機器 器71 眼鏡 JMDNコード 35065000
ルーペ004R

【禁忌・禁止】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び原理等】

- 眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる器具。
 - プラスチック製視力補正用単焦点眼鏡レンズ
- 老眼鏡。レンズ度数+1.00/+1.50/+2.00/+2.50/+3.00/+3.50/+4.00 7度数

【操作方法又は使用方法等】

- 老眼鏡。手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛けて使用する。

【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、度数の外観検査(検眼器、社内基準書に基づく)

【使用上の注意】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 運転時や歩行時は必ず外す事。
- 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避ける事。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温多湿の場所には保管しない事。
- 直射日光を避け、比較的涼しいところに保管する事。

【包装】

- 1pc個装ダース単位

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業及び製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社レオフレスコ

福井県福井市種池町第1号15番地47

18BZ200081

18B3X10034