

1 9.21 容量分析用標準液

2 **次を追加する.**

3 0.025 mol/Lヨウ素液

4 1000 mL中ヨウ素(I : 126.90) 6.345 gを含む.

5 調製 用時, 0.05 mol/Lヨウ素液に水を加えて正確に2倍容量

6 とする.

7

8